

Resolución Directoral

Lima, 30 de Junio del 2025

VISTOS:

El Memorando N° 477-2025-DG//INO, Nota Informativa N° 114-2025-OEA/INO, Nota Informativa N° 603-2025-OSG-OEA/INO, Informe N° 005-2025-CZC-OSG-OEA/INO, Informe N° 121-2025-OAJ/INO, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, dispone es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado por el Decreto Supremo N° 011-2017-SA, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, estableciendo al Instituto Nacional de Oftalmología "*Dr. Francisco Contreras Campos*", como un Órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Operaciones en Salud;

Que, el Artículo 37° de la Ley antes mencionada, señala que "Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional en relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1155, se dictan "medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio de salud y declarar de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional", mediante acciones de gestión que permita mejorar condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad; estableciéndose en su artículo 5, que los planes multianuales de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud a nivel nacional, se elaborarán de acuerdo a los lineamientos técnicos que establezca el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial.

Que, por Resolución Ministerial N° 533-2016/MINSA, se aprobó el Documento Técnico "Lineamientos para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud", de aplicación en los establecimientos de salud a nivel nacional como documentos de gestión, establecen los objetivos, metas, necesidades, recursos y acciones a ser programadas para la adecuada conservación y funcionamiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, lo cual contribuirá a la mejora de la calidad de prestación de los servicios de salud;



Que, el Equipo Técnico de la Unidad Funcional de Mantenimiento (UFM) de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM), de la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS), ha realizado el "Taller de Asistencia Técnica para la Actualización de los Planes Multianuales de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento de los Establecimientos de Salud (PMMS) 2025-2027", en dicho evento se ha brindado los alcances al Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", para la actualización de los formatos: N° 7.1 (Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento) y Formato N° 7.2 (Formato de Identificación y Evaluación de Infraestructura) y se suscribió el Acta de Compromiso de fecha 2 de abril de 2025;

Que, mediante Oficio N° D00771-2025-DGOS-MINSA, la Dirección General de Operaciones en Salud, remite la Nota Informativa N° D001469-2025-DGOS-DIEM-MINSA de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento, con la opinión técnica favorable al Formato N° 7.1 (Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento) remitido por el Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", de ciento noventa (190) actividades de mantenimiento de equipamiento, como también emite opinión técnica favorable al Formato N° 7.2 (Formato de Identificación y Evaluación de Infraestructura), remitido por el Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", de veinte (20) actividades para el mantenimiento de infraestructura;



Que, en este contexto, mediante Nota Informativa N° 603-2025-OSG-OEA/INO de fecha 18 de junio de 2024, la Oficina de Servicios Generales solicita a la Oficina Ejecutiva de Administración, la aprobación mediante acto administrativo del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento de Establecimiento de Salud (PMMES) 2025-2027 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", comprendidos en los formatos: Formato N° 7.1 (Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento), Formato N° 7.2 (Formato de Identificación y Evaluación de Infraestructura);



Que, a través de la Nota Informativa N° 114-2025-OEA/INO de fecha 20 de junio de 2025 la Oficina Ejecutiva de Administración, solicita se emita el acto administrativo de aprobación del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento de Establecimiento de Salud (PMMES) 2025-2027 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos";



Que, mediante Memorando N° 477-2025-DG//INO de fecha 20 de junio de 2025, la Dirección General, dispone la emisión del acto Administrativo correspondiente;

Que, con Informe N° 121-2025-OAJ/INO, la Oficina de Asesoría Jurídica, luego de realizar la revisión del acervo documental, emite opinión favorable para la emisión del acto administrativo que apruebe el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento de Establecimiento de Salud (PMMES) 2025-2027, del Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", Formato N° 7.1 (Identificación y Evaluación de Equipos), Formato N° 7.2 (Identificación y Evaluación de Infraestructura);

Con la visación de la Oficina Ejecutiva de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con las facultades conferidas en el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Oftalmología, aprobado por Resolución Ministerial N° 447-2009/MINSA y modificado por Resolución Ministerial N° 660-2010/MINSA.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Plan Multianual de Mantenimiento de Equipamiento de Establecimiento de Salud (PMMES) 2025-2027, del Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", contenido en el Formato N° 7.1 (Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento) de ciento noventa (190) actividades de mantenimiento y equipamiento, que se encuentran detallados en cinco (5) folios debidamente visados, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución.

Resolución Directoral

Lima,...30..... de.....Jun?0..... del 2025



Artículo 2°.- APROBAR el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura 2025-2027, del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, contenido en el Formato N° 7.2 (Formato de Identificación y Evaluación de Infraestructura) de veinte (20) actividades para el mantenimiento de infraestructura, que se encuentran detallados en dos (2) folios debidamente visados, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Servicios Generales la ejecución y control del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento de Establecimiento de Salud (PMMES) 2025-2027, del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, aprobados en los artículos 1° y 2° del presente documento.



Artículo 4°.- DISPONER que el área de Trámite Documentario proceda a notificar la presente Resolución Directoral a los órganos o unidades orgánicas competentes, para conocimiento y cumplimiento.

Artículo 5°.- AUTORIZAR al responsable del Portal de Transparencia Estándar la publicación de la presente Resolución en el Portal Web del Instituto Nacional de Oftalmología “Dr. Francisco Contreras Campos” www.ino.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PERU Ministerio de Salud INO
M.O. FELIX ANTONIO TORRES COTRINA
Director de Instituto Especializado
CMP. 38356 BNE. 17309

FATC/TBRA/LECD/sqv.

Distribución:

- () Dirección General
- () OEA
- () OAJ
- () SG
- () OEI
- () Archivo

FORMATO 7.2

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	REGION	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	EESS CUENTA CON SANEAMIENTO O FISICO LEGAL SI/NO	EL EESS USA UN LOCAL ALQUILADO, LITIGIO, CESION EN USO, MNSA	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA DEL EESS	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	CRITERIOS PARA LA EVALUACION			CONCLUSION DE LA EVALUACION	INFORME TECNICO (EESS MAYOR A 50 AÑOS)	NUMERO DE PRIORIDAD DE UPSS/UPS	FUENTE: EESS / DIRESA / GOB. LOCAL	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$I)	PRIORIDAD MULTIANUAL (1.2025, 2.2026, 3.2027)	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA SI/NO	N° DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA	COMENTARIOS	RESULTADO
												C1	C2	C3											
1	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6217	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	SERVICIOS GENERALES	ESTACIONAMIENTO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACCESO A AREAS COMPLEMENTARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Estructuras: Reparación de piso de concreto existente (con est. po) Movimiento de tierras Línea de piso y rompe moelle (concreto, adoquín y acero) Concreto armado de elevación drenaje fual Capacidad metálica relleno	25	X			CORRECTIVO	NO APLICA	2	EE SS	INFORME N° 035-2024-C2C-OSG-OEA/INO	S/23,985.27	1	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CON INFORME N° 035-2024-C2C-OSG-OEA/INO DE SUGERIR DESARROLLAR MEJORES TECNICOS	OPINION FAVORABLE
2	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6217	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	SERVICIOS GENERALES	ESTACIONAMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Mantenimiento de orden de agua contra incendio bomba principal Línea de la bomba contra incendio Mantenimiento de equipos y accesorios instalados de sellos de bomba secundaria válvulas mecánicas Mantenimiento de panel de control Suministro de conductor 16 amperios Calibración de presostato Pruebas operativas	9	X	X		PREVENTIVO	NO APLICA	4	EE SS	INFORME N° 035-2024-C2C-OSG-OEA/INO	S/06,300.00	1	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CON INFORME N° 035-2024-C2C-OSG-OEA/INO DE SUGERIR DESARROLLAR MEJORES TECNICOS	OPINION FAVORABLE
3	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6217	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	AREAS COMUNES	AREAS EXTERIORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Desmontaje y mantenimiento de 35 reflectores marca philips 8 luminarias ecom philips y 11 luminarias conicas Existentes ubicados en el plano adyacente Cambio total de accesorios: balastro, ignitor, condensador, lámpara 400-600w, cable interno del reflector Cambio a lámpara led de 200-400w - cableado interno Cambio a lámpara led de 70-100w - cableado interno Los cambios de accesorios serán de características similares o superior a los existentes Mantenimiento de los pastos y postes metálicos en la que se deberá realizar el lijado de corrosión, aplicación de barniz sintético y pintado final con pintura epoxica sustitución de pernos, tuercas o cualquier otra herramienta que sea necesaria para la fijación de soporte Suministro y sustitución de dispositivos que se encuentren en mal estado como: tableros de control, contactores, reles, interruptor, fusible, temporizadores, portalámparas y otros que involucren el funcionamiento de los reflectores o luminarias, incluye limpieza de los tableros suministro e instalación de canales de riesgo eléctrico en cada tablero deberán ser rígidos y que soporten estar a la intemperie (no papel adhesivo)	15	X	X		PREVENTIVO	NO APLICA	2	EE SS	INFORME N° 035-2024-C2C-OSG-OEA/INO	S/16,150.00	1	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CON INFORME N° 035-2024-C2C-OSG-OEA/INO DE SUGERIR DESARROLLAR MEJORES TECNICOS	OPINION FAVORABLE
4	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6217	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Se efectuará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones de los trabajos a realizar en la sala de máquina, control de mando principal, máquina de tracción, sistema de puertas de cabina, exterior e interior de cabina, selector e información de piso, donde se realizarán los trabajos como: Revisión de limpieza, engrase y lubricación de fuga de aceite Revisión de niveladores de aceite, empujadores, lubricación y retenes Revisión, limpieza y ajuste de freno zapatos, rodajes y magnéticos de freno Revisión de polea, boquilla, corona, eje sin fin, engrase Revisión de conmutadores campos de rebobinado y rotor Revisión de motor de tracción y máquina reguladora Revisión y engrase de rodaje de máquina de tracción Revisión del gaseo de aceite de máquina reductora Revisión de desgaste y presión del motor de tracción Revisión de engranajes, cojinetes de empuje y ejes de acoplamiento Revisión del accionamiento de freno magnético Revisión del sistema de cuerpo del tambor de freno de tracción Revisión de la ventilación localizada para el motor de tracción Revisión de aislamiento de los campos de rebobinados Revisión de operador de puerta, variador, microswitch y magneto Revisión de puertas de cabina, tapas, poleas, rodajes y lubricación Revisión de unidades de suspensión, contactores, parafusos y topes Revisión de correas, cables, cadenas, pines y brazo impulsor Revisión y lubricación de articulaciones de puerta y motor de Revisión y lubricación de flejes y correas superiores e inferiores Revisión y ajuste de horquillas boquillas y resones Revisión del sistema mecánico de apertura y cierre de puertas de cabina, entre otros	15	X	X		PREVENTIVO	NO APLICA	10	EE SS	INFORME N° 035-2024-C2C-OSG-OEA/INO	S/06,300.00	1	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CON INFORME N° 035-2024-C2C-OSG-OEA/INO DE SUGERIR DESARROLLAR MEJORES TECNICOS	OPINION FAVORABLE
5	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6217	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	FARMACIA	ALMACEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMARA FRIGORIFICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Se efectuará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones según los trabajos a realizar en la unidad de condensación Se revisará, aislamiento y limpieza del sistema eléctrico (línea termo magnética, contactor, relay, etc.) con solvente eléctrico, revisión del sistema de iluminación Limpieza y lavado con productos químicos pH, agua para condensadores y alcohol para unidades evaporadoras Revisión, mantenimiento y lubricación de las partes móviles de los motores de los ventiladores de las unidades Verificación y calibración de la válvula de expansión y del presostato Verificación de la presión de los compresores y carga de gas si fuera necesario Limpieza y engrase de los rodamientos de los cables de las cámaras Limpieza y desinfección interna de las cámaras (el personal técnico de la empresa ganadora deberá trasladar las evidencias de una cámara a otra para ejecutar dicha acción) Revisión y mantenimiento general de las puertas, bisagras, cerrojos de las cámaras y las empujadoras Mantenimiento del sistema interno de descongelamiento del difusor del frío Revisión de la resistencia eléctrica Revisión y limpieza del sistema de drenaje Prueba de funcionamiento de las cámaras a la temperatura programada Verificación de purga de evacuación, calibración de sobrecalentamiento, medición de ohmaje de bobina del compresor Calibración de temperatura para cámara y anticámara de 2.5°C a 7.5°C	8	X	X		PREVENTIVO	NO APLICA	1	EE SS	INFORME N° 035-2023-C2C-OSG-OEA/INO	S/06,300.00	1	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CON INFORME N° 035-2023-C2C-OSG-OEA/INO DE SUGERIR DESARROLLAR MEJORES TECNICOS	OPINION FAVORABLE
6	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6217	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	TODO EL INSTITUTO	AREAS INTERNAS Y EXTERNAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Arquitectura Limpieza y pintura de los tableros eléctricos tratamiento anti-oxidativo de decapado y acabado con pintura grado de protección Instalaciones eléctricas Accesorios de chapa, bisagras entre otros	8	X	X		PREVENTIVO	NO APLICA	10	EE SS	INFORME N° 035-2024-C2C-OSG-OEA/INO	S/9,680.00	1	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CON INFORME N° 035-2024-C2C-OSG-OEA/INO DE SUGERIR DESARROLLAR MEJORES TECNICOS	OPINION FAVORABLE



CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA



FORMATO 7.2

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	REGION	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	EESS CUENTA CON SANEAMIENTO O FISICO LEGAL SINO	EL EESS USA UN LOCAL (ALQUILADO, LITIGIO, CESION EN USO, MINSAL)	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA DEL EESS	UPSSI/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES(ES) A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	CRITERIOS PARA LA EVALUACION			CONCLUSION DE LA EVALUACION	INFORME TECNICO (EESS MAYOR A 50 AÑOS)	NUMERO DE PRIORIDAD DE UPSSI/UPS	FUENTE: EESS / DIRESA / GOB. LOCAL	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$/I)	PRIORIDAD MULTIANUAL (1.2025, 2.2026, 3.2027)	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA SI / NO	N° DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA	COMENTARIOS	RESULTADO
												C1	C2	C3											
13	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6218	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA AZUL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES EN EL AMBIENTE DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Arquitectura Fundo de ventana Corte de pared Replanteo de Pared Cielo Raso de baldosas en el techo para fijar las bandejas y tuberías eléctricas que recorren el área donde se encuentra el drenaje. Tabiquería de drywall placa 50 12m x 10m (división de ambiente para que se coloque esterilizador de peróxido de hidrogeno) Instalación puerta de madera (para ingreso a ambiente de esterilización de peróxido de hidrogeno) Piso y Muro conductivo tipo 2 Pintura Instalaciones Eléctricas Reubicación de Tableros Eléctricos	16	X		X	CORRECTIVO	NO APLICA	8	EE SS	INFORME N° 035-2024-CZC-OSG-OEA-INO	\$/22,450.00	1	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CONFORME N° 195-2024-PM-MD-MINSA DE SUJETO DE SANITARIAS Y AMBIENTES TECNICO	OPINION FAVORABLE
14	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6219	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	SERVICIOS GENERALES	CUARTO DE BOMBA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CISTERNA DE CONCRETO DEL CUARTO DE BOMBA DEL INSTITUCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Trabajos preliminares Remoción de Piso existente Remoción de tabiquería Retiro de tapa metálica de la cisterna. Movimiento de tierra Arquitectura Pintado de la Paredes con pintura esmalte mate según sea el caso en interiores Instalación de Piso de porcelanato de 60 x 60 y contrachapado color según área usuaria Suministro y colocación de baldosas para baño Tabiquería de drywall placa 50 12m x 10m Estructura metálica Fabricación e instalación de estructura metálica para mecanismo, con placa colaborante de 2" x 22, con sus respectivos conectores de cortante incluye accesorios Instalaciones Sanitarias Succion y limpieza en general de la cisterna (en su totalidad) Revisión de las paredes y cielo raso de la cisterna para interior Reparación de fugas internas, externas y rajaduras de la cisterna Impermeabilización de las paredes de la cisterna interior y exterior Cambios de tubería gastadas/ rotas de la cisterna Cambio de tuberías gastadas/ rotas por las que circulan aguas hasta la cisterna Limpieza y desinfección interna y externa de la cisterna Adquisición e instalación de Tapa de cisterna metálica Instalaciones eléctricas Reubicación y Ordenamiento de Cables, tuberías y sistema eléctrico Luminarias de 60x60 LED Tomacorrientes Interruptores	15	X		X	CORRECTIVO	NO APLICA	8	EE SS	INFORME N° 035-2024-CZC-OSG-OEA-INO	\$/203,500.00	1	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CONFORME N° 195-2024-PM-MD-MINSA DE SUJETO DE SANITARIAS Y AMBIENTES TECNICO	OPINION FAVORABLE
15	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6217	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	CONSULTA EXTERNA	ESCALERA DE EMERGENCIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACCESO DE LA ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Estructuras: Desmontaje de Escalera Metálica Existente Escalera metálica ASTM A36 (incluye accesorios) Barrandas metálicas 1" x 0.50 (m) según diseño Revestimiento para escalera piso antideslizante base anticorrosiva y pintura epóxica color gris plata gloss brillante (pbarandas metálicas) Pintura	12	X		X	CORRECTIVO	NO APLICA	4	EE SS	INFORME N° 029-2024-CZC-OSG-OEA-INO	\$/34,196.08	2	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CONFORME N° 195-2024-PM-MD-MINSA DE SUJETO DE SANITARIAS Y AMBIENTES TECNICO	OPINION FAVORABLE
16	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6217	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO CAMPO VISUAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES DEL AMBIENTE DE CAMPO VISUAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Apertura de Varios (Picado de muro - Corte de Pared) Replanteo de Pared Pintura latex Instalaciones Eléctricas (Mantenimiento eléctrico, Suministro y colocación de luminarias, Tableros, Tomacorrientes, Interruptores, Luminarios) Cambio de Ventanas conectoras Instalaciones Sanitarias (Cambio de tuberías y accesorios) Aparatos Sanitarios y accesorios Cambio de alfileres color natural, vidrio templado incoloro de 6mm, incluyen accesorios, fijaciones, paños pestillo dentro del marco y pavonado completo de ventana según detalle	35	X		X	CORRECTIVO	NO APLICA	4	EE SS	INFORME N° 028-2024-CZC-OSG-OEA-INO	\$/51,501.08	2	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CONFORME N° 195-2024-PM-MD-MINSA DE SUJETO DE SANITARIAS Y AMBIENTES TECNICO	OPINION FAVORABLE
17	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6217	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	ADMINISTRATIVO	OFICINA DCI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DEL AMBIENTE DEL ORGANODE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Desmontaje de Cobertura y estructura del techo existente Falso cielo raso y luminarias con baldosas de fibra mineral de 60x60cm Estructura para el apoyo de la Reemplazo de cubierta de aluminio 30-200 (55%Al, 43.4%Zn y 1.5 si peralte 40 mm, espesor 0.5mm, ancho útil 950mm) (incluye accesorios de fijación, color según existente, y estructura metálica) Implementación de cobertura de aluminio 30-200 (55%Al, 43.4%Zn y 1.5 si peralte 40 mm, espesor 0.5mm, ancho útil 950mm) (incluye accesorios de fijación, color según existente, y estructura metálica) casetas de pvc para drenaje pluvial, incluye accesorios montantes de pvc 6-10 de 2 a 4" para drenaje pluvial, incluye accesorios	35	X		X	CORRECTIVO	NO APLICA	2	EE SS	INFORME N° 031-2024-CZC-OSG-OEA-INO	\$/66,096.08	2	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CONFORME N° 195-2024-PM-MD-MINSA DE SUJETO DE SANITARIAS Y AMBIENTES TECNICO	OPINION FAVORABLE
18	LIMA	006-124-INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	6217	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"	III-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO BAJA VISION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES DEL AMBIENTE DE BAJA VISION DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS. Tabiquería de drywall placa 50 10mm x 10m Falso cielo raso con baldosas de fibra mineral y tipo Armstrong (antihumedad) Falso cielo raso con drywall 50 10mm Cambio de luminaria pavonado oscuro completo de mano para instalación de Puerta de ingreso	15	X		X	CORRECTIVO	NO APLICA	4	EE SS	INFORME N° 030-2024-CZC-OSG-OEA-INO	\$/15,550.10	2	NO	NO CORRESPONDE	CUENTA CON OPINION FAVORABLE CONFORME N° 195-2024-PM-MD-MINSA DE SUJETO DE SANITARIAS Y AMBIENTES TECNICO	OPINION FAVORABLE



CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA

512 191.746 22

FORMATO 7.1 PMMES 2025-2027

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

ITEM	PLIEGO	UE3	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	UE3-PAT	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	antigüedad SIGA	VU GCF	C1	C2	C3	C4	C5	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	FUENTE: EESS O PROVEEDOR	Nº INFORME TECNICO / Nº COTIZACION	VALOR ACTUAL EQUIPO NUEVO	COSTO UNITARIO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA / AÑO	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PRIORIDAD MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION TECNICA	
1	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100009	12411224010009	LENOVO	TSAN6541467	81912	60	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	19,890.00	6,961.50	1	SI	6,961.50	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
2	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100010	12411224010010	LENOVO	TSAN6541467	535531	70	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	19,890.00	6,961.50	1	SI	6,961.50	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
3	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100011	12411224010011	LENOVO	TSAN6541467	537551	70	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	19,890.00	6,961.50	1	SI	6,961.50	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
4	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100012	12411224010012	LENOVO	TSAN6541467	1342	70	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	15,250.00	5,337.50	1	SI	5,337.50	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
5	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100013	12411224010013	LENOVO	CBX25JH060	51717X08793	60	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	12,700.00	4,445.00	1	SI	4,445.00	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
6	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100014	12411224010014	LENOVO	CBX25JH060	51717X08652	60	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	12,700.00	4,445.00	1	SI	4,445.00	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
7	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100015	12411224010015	LENOVO	CBX25JH060	51717X08653	60	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	12,700.00	4,445.00	1	SI	4,445.00	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
8	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100016	12411224010016	LENOVO	CBX25JH060	51717X11788	60	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	12,700.00	4,445.00	1	SI	4,445.00	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
9	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100018	12411224010018	LENOVO	CBX25JH060	51717X08353	60	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	12,700.00	4,445.00	1	SI	4,445.00	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
10	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100019	12411224010019	LENOVO	TAAN90S4	5617007265	60	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	24,032.00	8,411.20	1	SI	8,411.20	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
11	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100020	12411224010020	LENOVO	TAAN90S4	5617005391	60	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	24,032.00	8,411.20	1	SI	8,411.20	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
12	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	ELECTROMECANICO	112240100021	12411224010021	CARRIER	TSAN6541467	801912	60	7	X	X	X			CORRECTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	17,400.00	6,090.00	1	SI	6,090.00	• Desarme de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado. • Lavado de serpentín (pulverizado bajo presión) • Limpieza mediante aspiradora, ventilador, evaporador y tapas. • Cambio de tubería de drenaje unión universal. • Cambio de filtro secador.	2025	FAVORABLE
13	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	LABORATORIO CLINICO	REFRIGERADORA	ELECTROMECANICO	112261880003	12411226188003	BIGBASE	BXC-V36M	112360020V1H005	60	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	7,500.00	300.00	2	SI	600.00	1.-LIMPIEZA DE CAMARA Y SUPERFICIE METALICA 2.-REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO 3.-REVISION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION	2025	FAVORABLE
14	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	LABORATORIO CLINICO	REFRIGERADORA	ELECTROMECANICO	112261880004	12411226188004	DESMON	DS-SMAUGB-S1A	18 POP 051652	50	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	25,900.00	3,000.00	2	SI	6,000.00	• LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO • LIMPIEZA INTERNA DE LA CAMARA • LIMPIEZA DE REJILLAS	2025	FAVORABLE
15	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	EMERGENCIA	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	GRUPO ELECTROGENO	ELECTROMECANICO	462265070004	12402265070004	LVPOWER	NDE125TA3	YH1902650012	40	15	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	21,000.00	800.00	1	SI	800.00	• Suministro y reemplazo de filtro de aire • Suministro y reemplazo de bornes de batería. • Limpieza y calibración de los seis inyectores de atomización del diesel.	2025	FAVORABLE
16	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	OFICINA SERVICIOS GENERALES	OFICINA SERVICIOS GENERALES	SUBESTACION ELECTRICA	ELECTROMECANICO	462289270001	124032289270001	SCHNEIDER	SAN6	2P05M5GAM2	80	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	393,000.00	20,000.00	1	SI	20,000.00	Realizar inspección termografica en celdas de media tension, celda de transformacion y tablero general, ANTES Y DESPUES DE MANTENIMIENTO. Registro de temperatura en central del transformador Aperturar Interruptor General Asesturar seccionador en celda de media tensión	2025	FAVORABLE
17	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION	AUTOQUERATOREFRAC TO METRO	BIOMEDICO	532209270016	124532209270016	TOPCON	NR-800	4765314	60	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	27,200.00	1,500.00	2	SI	3,000.00	1. Verificación de operatividad del equipo. 2. Desmontaje y limpieza integral del equipo. 3. Mantenimiento de conectores limpieza de polvo y humedad de las tarjetas electronicas.	2025	FAVORABLE
18	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION	AUTOQUERATOREFRAC TO METRO	BIOMEDICO	532209270017	124532209270017	TOPCON	NR-800	4765352	60	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	27,200.00	1,500.00	2	SI	3,000.00	1. Verificación de operatividad del equipo. 2. Desmontaje y limpieza integral del equipo. 3. Mantenimiento de conectores limpieza de polvo y humedad de las tarjetas electronicas.	2025	FAVORABLE
19	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION	AUTOQUERATOREFRAC TO METRO	BIOMEDICO	532209270018	124532209270018	TOPCON	NR-800	4765123	60	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	27,200.00	1,500.00	2	SI	3,000.00	1. Verificación de operatividad del equipo. 2. Desmontaje y limpieza integral del equipo. 3. Mantenimiento de conectores limpieza de polvo y humedad de las tarjetas electronicas.	2025	FAVORABLE
20	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION	AUTOQUERATOREFRAC TO METRO	BIOMEDICO	532209270019	124532209270019	TOPCON	NR-800	4765086	60	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	27,200.00	1,500.00	2	SI	3,000.00	1. Verificación de operatividad del equipo. 2. Desmontaje y limpieza integral del equipo. 3. Mantenimiento de conectores limpieza de polvo y humedad de las tarjetas electronicas.	2025	FAVORABLE
21	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	CONSULTA EXTERNA	DIRECCION EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	AUTOQUERATOREFRAC TO METRO PORTATIL	BIOMEDICO	532209270021	124532209270021	INDEX	HARDY REF-A	5300278	50	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	65,802.00	3,195.00	2	SI	6,390.00	1. Verificación de operatividad del equipo. 2. Desmontaje y limpieza integral del equipo. 3. Mantenimiento de conectores limpieza de polvo y humedad de las tarjetas electronicas.	2025	FAVORABLE
22	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	EMERGENCIA	DIRECCION EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	AUTOQUERATOREFRAC TO METRO PORTATIL	BIOMEDICO	532209270022	124532209270022	INDEX	HARDY REF-A	5300304	40	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	55,363.00	2,000.00	2	SI	4,000.00	1. Verificación de operatividad del equipo. 2. Desmontaje y limpieza integral del equipo. 3. Mantenimiento de conectores limpieza de polvo y humedad de las tarjetas electronicas.	2025	FAVORABLE
23	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	III-2	PATOLOGIA CLINICA	JEFATURA DE LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	CALENTADOR DE PARAFINA	BIOMEDICO	532211270001	124532211270001	MEDITE	PES 99 580	902103617	60	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	11,975.00	1,000.00	2	SI	2,000.00	1.-REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PARTES ELÉCTRICAS CON COMPONENTES DIELECTRICOS 2.-REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS 3.-COMPROBACIÓN DE MECANISMO DE ACOPLE Y AJUSTE DE ROTORES	2025	FAVORABLE



FORMATO 7.1 PMMES 2025-2027

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

CONSOLIDADO: FORMULARIO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO																																	
ITEM	PLIEGO	UE3	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	HOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	UE3-PAT	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	antigüedad SIGA	U/GCF	C1	C2	C3	C4	C5	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	FUENTE: EESS O PROVEEDOR	Nº INFORME TECNICO / Nº COTIZACION	VALOR ACTUAL EQUIPO NUEVO	COSTO UNITARIO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA / AÑO	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PRIORIDAD MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION TECNICA	
24	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	LABORATORIO DE MICROSCOPIA	CAMARA DE FLUIDO LAMINAR VERTICAL	BIOMEDICO	532215730003	12453225730003	TESCO	LAJ 4A3	86939-115434302	9/9	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	40,000.00	3,500.00	1	SI	3,500.00	5. REVISION Y MANTENIMIENTO DE DE SISTEMA ELECTRICO (CABLEADO ELECTRICO, APAGADORES, LAMPARAS UV, LAMPARA FLUORESCENTE, MOTOR, BALASTROS) 6. LIMPIEZA DE CONECTORES 7. REVISION Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRONICO 8. REVISION Y MANTENIMIENTO DE MECHEIRO, MANGUERAS Y MANÓMETRO (SUMINISTRO Y REPLAZO)	2025	FAVORABLE
25	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	HEMATOLOGIA	CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCITO	BIOMEDICO	532220690001	12453225720001	HERTHLE	HERA 10CR1 200	21540	9/9	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	8,200.00	820.00	2	SI	1,640.00	• Comprobación del funcionamiento de la alarma de termino de proceso • Verificación del empaque de la puerta • Comprobar lubricación	2025	FAVORABLE
26	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	DESFIBRILADOR PORTATIL	BIOMEDICO	532230010005	12453225730005	MEYER	HEARTON A11	1.8518-11	9/9	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	35,000.00	500.00	2	SI	1,000.00	3. VERIFICACION, MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS. 4. VERIFICACION Y CALIBRACION DE LA POTENCIA 5. SUMINISTRO PARA LOS DOS 02 DESFIBRILADOR DE • UNA (1) BATERIA LITO ORIGINAL 4. EFECTUARSE EN EL IER MANTENIMIENTO PROGRAMADO 3. LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA 4. DESMONTAJE DEL EQUIPO 5. REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO 6. REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRONICO	2025	FAVORABLE
27	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	PATOLOGIA CUTANEA	JEFATURA DE LABORATORIO DE PATOLOGIA CUTANEA	DISPENSADOR DE PARAFINA	BIOMEDICO	532233450001	12453225730001	MEYER	DES 95 250	94285418	9/9	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	24,000.00	1,000.00	2	SI	2,000.00	3. LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA 4. DESMONTAJE DEL EQUIPO 5. REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO 6. REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRONICO	2025	FAVORABLE
28	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	ELECTROCAUTERIO	BIOMEDICO	532235720015	12453225720015	HERMANN MEDICAL	HER 12046R 12046	12046	10/9	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	13,600.00	1,300.00	1	SI	1,300.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desarmado y limpieza integral del equipo. 3. Verificación y mantenimiento de la fuente de alimentación	2025	FAVORABLE
29	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	ELECTROCAUTERIO	BIOMEDICO	532235720016	12453225720016	HERMANN MEDICAL	HER 12046R 12046	12046	10/9	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	13,600.00	1,300.00	1	SI	1,300.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desarmado y limpieza integral del equipo. 3. Verificación y mantenimiento de la fuente de alimentación	2025	FAVORABLE
30	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	ELECTROCAUTERIO	BIOMEDICO	532235720017	12453225720017	HERMANN MEDICAL	HER 12046R 12046	12046	10/9	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	13,600.00	1,300.00	1	SI	1,300.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desarmado y limpieza integral del equipo. 3. Verificación y mantenimiento de la fuente de alimentación	2025	FAVORABLE
31	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	ELECTROCAUTERIO	BIOMEDICO	532235720018	12453225720018	HERMANN MEDICAL	HER 12046R 12046	12046	10/9	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	13,600.00	1,300.00	1	SI	1,300.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desarmado y limpieza integral del equipo. 3. Verificación y mantenimiento de la fuente de alimentación	2025	FAVORABLE
32	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	ELECTROCAUTERIO	BIOMEDICO	532235720019	12453225720019	HERMANN MEDICAL	HER 12046R 12046	12046	10/9	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	13,600.00	1,300.00	1	SI	1,300.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desarmado y limpieza integral del equipo. 3. Verificación y mantenimiento de la fuente de alimentación	2025	FAVORABLE
33	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	ELECTROCAUTERIO	BIOMEDICO	532235720020	12453225720020	HERMANN MEDICAL	HER 12046R 12046	12046	10/9	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	13,600.00	1,300.00	1	SI	1,300.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desarmado y limpieza integral del equipo. 3. Verificación y mantenimiento de la fuente de alimentación	2025	FAVORABLE
34	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	ELECTROCAUTERIO	BIOMEDICO	532235720021	12453225720021	HERMANN MEDICAL	HER 12046R 12046	12046	10/9	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	13,600.00	1,300.00	1	SI	1,300.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desarmado y limpieza integral del equipo. 3. Verificación y mantenimiento de la fuente de alimentación	2025	FAVORABLE
35	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	ELECTROCAUTERIO	BIOMEDICO	532235720022	12453225720022	HERMANN MEDICAL	HER 12046R 12046	12046	10/9	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	13,600.00	1,300.00	1	SI	1,300.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desarmado y limpieza integral del equipo. 3. Verificación y mantenimiento de la fuente de alimentación	2025	FAVORABLE
36	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	ELECTROCAUTERIO	BIOMEDICO	532235720023	12453225720023	HERMANN MEDICAL	HER 12046R 12046	12046	10/9	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	13,600.00	1,300.00	1	SI	1,300.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desarmado y limpieza integral del equipo. 3. Verificación y mantenimiento de la fuente de alimentación	2025	FAVORABLE
37	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	ELECTROCAUTERIO	BIOMEDICO	532237630008	12453225720008	HERMANN MEDICAL	HER 12046R 12046	12046	10/9	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	190,562.00	10,000.00	2	SI	20,000.00	3. Almacenamiento y calibración de equipo (Resistencia y de alimentación)	2025	FAVORABLE
38	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ECOGRAFIA BIOMEDICA Y TOMOGRAFIA	ECOGRAFIOGRAFO ULTRASONICO	BIOMEDICO	532250000007	12453225730007	QUANTE MEDICAL	AVISO 5	3445	11/9	2	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	300,000.00	20,300.00	2	SI	40,600.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. LIMPIEZA GENERAL, INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO 3. INSPECCION DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS, CABLES Y CONECTORES	2025	FAVORABLE
39	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ECOGRAFIA BIOMEDICA Y TOMOGRAFIA	ECOGRAFIOGRAFO ULTRASONICO	BIOMEDICO	532250000008	12453225730008	QUANTE MEDICAL	AVISO 5	3445	11/9	2	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	300,000.00	20,300.00	2	SI	40,600.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. LIMPIEZA GENERAL, INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 3. INSPECCION DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS, CABLES Y CONECTORES	2025	FAVORABLE
40	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	EMERGENCIA	DIRECCION EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS, PREVENTIVO Y PROMOCION DE LA SALUD OCULAR	ECOGRAFIOGRAFO PORTATIL CON REGISTRO BIOMETRICO	BIOMEDICO	532250000009	12453225730009	QUANTE MEDICAL	CONTRACT TOUCH	1584	9/9	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	70,000.00	3,000.00	2	SI	6,000.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. LIMPIEZA GENERAL, INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO 3. INSPECCION DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS, CABLES Y CONECTORES	2025	FAVORABLE
41	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CONSULTA EXTERNA	CONSEJO ENFERMERIA EXTERNAS Y DRUGA REFRACTIVA	EQUIPO OFTALMOLOGIA TRATAMIENTO POR CRISIS LITING CORSEAL	BIOMEDICO	532257620026	12453225720026	AVETRO	PNL	9XL151022	4/9	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	106,050.00	10,000.00	2	SI	20,000.00	1. Verificación de operatividad del equipo 2. Desmontaje y limpieza integral del equipo. 3. Mantenimiento y verificación de las tarjetas electronicas	2025	FAVORABLE
42	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	EQUIPO VITREOFACIO	BIOMEDICO	532259400006	12453225730006	ALCON	CONTELACION VIT	110167819	14/9	2	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	525,000.00	40,000.00	2	SI	80,000.00	1. INSPECCIONES O REVISIONES GLOBALES Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO 2. VERIFICACION DE SECUENCIA DE ENCENDIDO 3. VERIFICACION DE VERSION DE SOFTWARE Y DE ESTAR DISPONIBLE UNA NUEVA VERSION. REALIZAR LA ACTUALIZACION	2025	FAVORABLE
43	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	EQUIPO VITREOFACIO	BIOMEDICO	532259400007	12453225730007	ALCON	CONTELACION VIT	110167819	14/9	2	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	525,000.00	40,000.00	2	SI	80,000.00	1. INSPECCIONES O REVISIONES GLOBALES Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO 2. VERIFICACION DE SECUENCIA DE ENCENDIDO 3. VERIFICACION DE VERSION DE SOFTWARE Y DE ESTAR DISPONIBLE UNA NUEVA VERSION. REALIZAR LA ACTUALIZACION	2025	FAVORABLE
44	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	HEMATOLOGIA	ESTERILIZADOR	ELECTROTERMICO	532260470008	12453225720008	ELON	HERON	HER 111102	9/9	2	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	5,075.00	300.00	2	SI	600.00	• Verificación de operatividad del equipo • Limpieza externa del equipo • Limpieza interna del equipo	2025	FAVORABLE
45	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	DIRECCION EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS, PREVENTIVO Y PROMOCION DE LA SALUD OCULAR	ECOGRAFIOGRAFO PORTATIL CON REGISTRO BIOMETRICO	BIOMEDICO	532263630012	12453225730012	QUANTE MEDICAL	CONTRACT TOUCH	1584	9/9	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	188,000.00	15,000.00	2	SI	30,000.00	4. VERIFICACION DE VERSION DE SOFTWARE Y DE ESTAR DISPONIBLE UNA VERSION ACTUAL. REALIZAR LA ACTUALIZACION 5. APERTURA, INSPECCION Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CONSOLA (DE CORRESPONDER) 6. LIMPIEZA DE CAVIDADES Y COMPONENTES INTERIORS (DE CORRESPONDER)	2025	FAVORABLE
46	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	HEMATOLOGIA	ESTERILIZADOR	ELECTROTERMICO	532263630014	12453225720014	ELON	HERON	HER 111102	9/9	2	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	187,740.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	1. Inspección y limpieza integral del equipo 2. Limpieza de cavidades y componentes internos 3. Limpieza y verificación de voltajes en fuentes de poder 4. Inspección de funcionalidad y limpieza de sistema de goteo 5. Inspección de tarjetas electronicas, cables y conectores 6. Ajustes electronicos, electronicos y/o mecanicos 7. Verificación de version de software y actualización 8. Verificación, calibración y regulación de parametros de funcionamiento 9. Inspección, limpieza y verificación de perfil 10. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo, entrega a usuarias	2025	FAVORABLE



FORMATO 7.1 PMMES 2025-2027

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO																																	
ITEM	PLIEGO	UE3	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	UE3-PAT	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	antigüedad SIGA	VU GCF	C1	C2 *	C3	C4	C5	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION *	FUENTE: EESS O PROVEEDOR	N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION	VALOR ACTUAL EQUIPO NUEVO	COSTO UNITARIO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO O	FRECUENCIA / AÑO	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PRIORIDAD MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION TECNICA	
47	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	FACCEMULSIFICADOR	BIOMEDICO	532263630015	124532263630015	ALCON	CENTURION	1842963014	4.0	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	187,740.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	1. Inspección y limpieza integral del equipo. 2. Limpieza de cavidades y componentes internos. 3. Limpieza y verificación de voltajes en fuentes de poder. 4. Inspección de funcionalidad y limpieza de sistema de goteo. 5. Inspección de tarjetas electrónicas, cables y conectores. 6. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. 7. Verificación de versión de software y actualización. 8. Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento. 9. Inspección, limpieza y verificación de pedal. 10. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo, entrega a satisfacción.	2025	FAVORABLE
48	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	FACCEMULSIFICADOR	BIOMEDICO	532263630016	124532263630016	ALCON	CENTURION	1842963014	4.0	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	187,740.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	1. Inspección y limpieza integral del equipo. 2. Limpieza de cavidades y componentes internos. 3. Limpieza y verificación de voltajes en fuentes de poder. 4. Inspección de funcionalidad y limpieza de sistema de goteo. 5. Inspección de tarjetas electrónicas, cables y conectores. 6. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. 7. Verificación de versión de software y actualización. 8. Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento. 9. Inspección, limpieza y verificación de pedal. 10. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo, entrega a satisfacción.	2025	FAVORABLE
49	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	FACCEMULSIFICADOR	BIOMEDICO	532263630017	124532263630017	ALCON	CENTURION	1842963014	4.0	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	187,740.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	1. Inspección y limpieza integral del equipo. 2. Limpieza de cavidades y componentes internos. 3. Limpieza y verificación de voltajes en fuentes de poder. 4. Inspección de funcionalidad y limpieza de sistema de goteo. 5. Inspección de tarjetas electrónicas, cables y conectores. 6. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. 7. Verificación de versión de software y actualización. 8. Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento. 9. Inspección, limpieza y verificación de pedal. 10. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo, entrega a satisfacción.	2025	FAVORABLE
50	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	FOTOCOAGULADOR	BIOMEDICO	532264880004	124532264880004	QUANTIL MEDICAL	SURRA	773	8.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°13-2024	218,800.00	7,000.00	2	SI	14,000.00	6. Inspección y limpieza de fuente de poder. Verificación de voltajes	2025	FAVORABLE
51	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	EMERGENCIA	CENTRO QUIRURGICO	FOTOCOAGULADOR LASER DIOLO	BIOMEDICO	532264880006	124532264880006	QUANTIL MEDICAL	SURRA 8103M	1019	5.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°10-2024	59,737.50	3,000.00	2	SI	6,000.00	4. Inspección de funcionalidad y limpieza de sistema de goteo (de corresponder).	2025	FAVORABLE
52	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	PATOLOGIA CLINICA	JEFATURA DE LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	INCUBADORA DE LABORATORIO (DIATOS)	BIOMEDICO	532269040003	124532269040003	MODUCELL	INCUCELL 111	H18012	6.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	13,750.00	1,000.00	2	SI	2,000.00	5. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO. 6. REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRONICO. 7. MONTEJE DEL EQUIPO.	2025	FAVORABLE
53	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	LAMPARA DALITICA	BIOMEDICO	532270940013	124532270940013	SUNGRIS	X2	B 12102 0004	12.0	10	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	50,000.00	1,972.00	1	SI	1,972.00	1. Desarmado, limpieza y desinfección integral del equipo. 2. Verificación, mantenimiento y/o reparación de los sistemas mecánico, eléctrico y electrónico.	2025	FAVORABLE
54	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	LAMPARA DALITICA DE TECHO	BIOMEDICO	532270940022	124532270940022	SUNGRIS	EPURE	F 19 11 1434	4.0	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	50,751.00	2,500.00	2	SI	5,000.00	3. Verificación de correcto balanceo y ajuste de brazos articulados. 1. Desarmado, limpieza y desinfección integral del equipo. 2. Verificación, mantenimiento y/o reparación de los sistemas mecánico, eléctrico y electrónico.	2025	FAVORABLE
55	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	LAMPARA DALITICA DE TECHO	BIOMEDICO	532270940023	124532270940023	SUNGRIS	EPURE	F 19 11 1435	4.0	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°11-2024	50,751.00	2,500.00	2	SI	5,000.00	3. Verificación de correcto balanceo y ajuste de brazos articulados. 1. Desarmado, limpieza y desinfección integral del equipo. 2. Verificación, mantenimiento y/o reparación de los sistemas mecánico, eléctrico y electrónico.	2025	FAVORABLE
56	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	GLAUCOMA	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170056	124532271170056	HAAG STREIT	BM 900	6070	29.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°10-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
57	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	JEFATURA DE LABORATORIO	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170068	124532271170068	TCPCOPE	SL 07	7058M	19.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°06-2024	70,000.00	3,500.00	2	SI	7,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
58	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	GLAUCOMA	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170097	124532271170097	HAAG STREIT	BP 900	128	12.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
59	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	GLAUCOMA	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170098	124532271170098	HAAG STREIT	BP 900	216	12.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
60	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170104	124532271170104	HAAG STREIT	BM 900	672	11.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
61	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170105	124532271170105	HAAG STREIT	BM 900	673	11.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
62	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170106	124532271170106	HAAG STREIT	BM 900	674	11.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
63	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170107	124532271170107	HAAG STREIT	BM 900	675	11.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
64	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170108	124532271170108	HAAG STREIT	BM 900	676	11.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
65	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	GLAUCOMA	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170110	124532271170110	HAAG STREIT	BM 900	678	11.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
66	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	RETINA Y VITREO	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170111	124532271170111	HAAG STREIT	BM 900	679	11.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
67	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	RETINA Y VITREO	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170112	124532271170112	HAAG STREIT	BM 900	680	11.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
68	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	RETINA Y VITREO	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170113	124532271170113	HAAG STREIT	BM 900	681	11.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE
69	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	INDR FRANCISCO CONTRERAS C	II-2	CONSULTA EXTERNA	QUIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170114	124532271170114	HAAG STREIT	BM 900	682	11.0	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL INCHISTORICO	INFORME TECNICO N°03-2024	70,000.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	1.-LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA 2.-REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO 3.-REVISIÓN DE PARAMETROS DE CONFIGURACION	2025	FAVORABLE



FORMATO 7.1 PMMES 2025-2027

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO																														PRIORIDAD MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION TECNICA		
ITEM	PLIEGO	UE3	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	UE3-PAT	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	antigüedad SIGA	VU GCF	C1	C2	C3	C4	C5	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	FUENTE: EESS O PROVEEDOR	Nº INFORME TECNICO / Nº COTIZACION	VALOR ACTUAL EQUIPO NUEVO	COSTO UNITARIO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA / AÑO	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES			
104	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION	LENSEMETRO COMPUTARIZADO	BIOMEDICO	532274460021	12453274460021	NIKEA	LM 600 PD	80050	1100	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	18,000.00	1,500.00	1	SI	1,500.00	4. VERIFICACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS. REEMPLAZO DE COMPONENTES AVERIADOS. 5. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALINEACION DEL SISTEMA OPTICA. 6. SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PIEZAS, PARTES COMPONENTES Y CONSUMIBLES DE OPERACION ORIGINALES DIRECTAMENTE DE FABRICA.	2025	FAVORABLE
105	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LIMEA	LENSEMETRO COMPUTARIZADO	BIOMEDICO	532274460022	12453274460022	NIKEA	LM 600 PD	80052	1100	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	18,000.00	1,500.00	1	SI	1,500.00	4. VERIFICACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS. REEMPLAZO DE COMPONENTES AVERIADOS. 5. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALINEACION DEL SISTEMA OPTICA. 6. SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PIEZAS, PARTES COMPONENTES Y CONSUMIBLES DE OPERACION ORIGINALES DIRECTAMENTE DE FABRICA.	2025	FAVORABLE
106	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	CONSULTA EXTERNA	OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABISMO	LENSEMETRO COMPUTARIZADO	BIOMEDICO	532274460023	12453274460023	NIKEA	LM 600 PD	80021	800	5	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	20,000.00	1,500.00	1	SI	1,500.00	4. VERIFICACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS. REEMPLAZO DE COMPONENTES AVERIADOS. 5. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALINEACION DEL SISTEMA OPTICA. 6. SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PIEZAS, PARTES COMPONENTES Y CONSUMIBLES DE OPERACION ORIGINALES DIRECTAMENTE DE FABRICA.	2025	FAVORABLE
107	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	CONSULTA EXTERNA	GRUPO DE EXAMENES EXTERNOS Y CIRUGIA REFRACTIVA	MICROSCOPICO COM	OCULARIO	532278560001	12453278560001	MORHA	EVOLEVISION	8175	400	X	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	293,870.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	1. DESMONTAJE DE EQUIPO Y COMPONENTES. 2. REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRONICO. 3. CALIBRACION DEL EQUIPO.	2025	FAVORABLE
108	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	LABORATORIO DE HEMATOLOGIA	MICROSCOPICO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560017	12453278560017	CARL ZEISS	PRIMO STAR VIEW	31860000	800	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°10-2024	7,000.00	700.00	2	SI	1,400.00	1. REVISION GENERAL Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS OCULARES, OBJETIVOS- CONDENSADOR- PLATINA XY- FUENTE DE ILUMINACION-CONECTORES Y ESTATIVO.	2025	FAVORABLE
109	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	LABORATORIO DE HEMATOLOGIA	MICROSCOPICO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560018	12453278560018	CARL ZEISS	PRIMO STAR PREM	31860000	800	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°10-2024	7,000.00	700.00	2	SI	1,400.00	1. REVISION GENERAL Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS OCULARES, OBJETIVOS- CONDENSADOR- PLATINA XY- FUENTE DE ILUMINACION-CONECTORES Y ESTATIVO.	2025	FAVORABLE
110	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	LABORATORIO DE MICROSCOPIA OCULAR	MICROSCOPICO (OTROS)	BIOMEDICO	532278560019	12453278560019	OPTICA	8097	21883	50	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	7,000.00	700.00	2	SI	1,400.00	1. REVISION GENERAL Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS OCULARES, OBJETIVOS- CONDENSADOR- PLATINA XY- FUENTE DE ILUMINACION-CONECTORES Y ESTATIVO.	2025	FAVORABLE	
111	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	PATOLOGIA QUIRURGICA	JEFA TURNO DE LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	MICROSCOPICO (OTROS)	BIOMEDICO	532278560020	12453278560020	OPTICA	P592	47005	50	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	7,000.00	700.00	2	SI	1,400.00	1. REVISION GENERAL Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS OCULARES, OBJETIVOS- CONDENSADOR- PLATINA XY- FUENTE DE ILUMINACION-CONECTORES Y ESTATIVO.	2025	FAVORABLE	
112	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	JEFA TURNO DE LABORATORIO DE CIENCIA DE PATOLOGIA	MICROSCOPICO (OTROS)	BIOMEDICO	532278560021	12453278560021	EURO MEA	8402	154004	50	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	7,000.00	700.00	2	SI	1,400.00	1. REVISION GENERAL Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS OCULARES, OBJETIVOS- CONDENSADOR- PLATINA XY- FUENTE DE ILUMINACION-CONECTORES Y ESTATIVO.	2025	FAVORABLE	
113	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	JEFA TURNO DE LABORATORIO DE CIENCIA DE PATOLOGIA	MICROSCOPICO (OTROS)	BIOMEDICO	532278560022	12453278560022	OPTICA	P592	47005	50	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	7,000.00	700.00	2	SI	1,400.00	1. REVISION GENERAL Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS OCULARES, OBJETIVOS- CONDENSADOR- PLATINA XY- FUENTE DE ILUMINACION-CONECTORES Y ESTATIVO.	2025	FAVORABLE	
114	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	JEFA TURNO DE LABORATORIO DE CIENCIA DE PATOLOGIA	MICROSCOPICO (OTROS)	BIOMEDICO	532278560025	12453278560025	EURO MEA	8402	154004	50	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	816,000.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE COMPLETO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO PRINCIPAL (OCULARES, TUBO BINOCULAR, CAMBIADOR MANUAL DE AUMENTOS, FILTROS, DIAFRAGMA, OBJETIVO, OTROS), INCLUYE TRATAMIENTO ANTIHONGOS CON LAS SOLUCIONES CORRESPONDIENTES.	2025	FAVORABLE	
115	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	JEFA TURNO DE LABORATORIO DE CIENCIA DE PATOLOGIA	MICROSCOPICO (OTROS)	BIOMEDICO	532278560026	12453278560026	EURO MEA	8402	154004	50	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	632,588.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE COMPLETO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO PRINCIPAL (OCULARES, TUBO BINOCULAR, CAMBIADOR MANUAL DE AUMENTOS, FILTROS, DIAFRAGMA, OBJETIVO, OTROS), INCLUYE TRATAMIENTO ANTIHONGOS CON LAS SOLUCIONES CORRESPONDIENTES.	2025	FAVORABLE	
116	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MICROSCOPICO QUIRURGICO	BIOMEDICO	532278560029	12453278560029	CARL ZEISS	OPALUMEPATH	163414075	20	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°10-2024	468,146.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE	
117	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MICROSCOPICO QUIRURGICO SEGUNDO AUMENTO	BIOMEDICO	532278560030	12453278560030	CARL ZEISS	OPALUMEPATH	163414075	20	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°10-2024	468,146.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE	
118	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	EMERGENCIA	SERVICIO DE URGENCIAS	MICROSCOPICO QUIRURGICO SEGUNDO AUMENTO	BIOMEDICO	532278560031	12453278560031	CARL ZEISS	OPALUMEPATH	163414075	20	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°10-2024	543,643.00	15,000.00	2	SI	30,000.00	6. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 7. Verificación y mantenimiento integral del sistema mecánico. 8. Suministro y reemplazo de insumos, piezas, partes, componentes originales directamente de fábrica, indicado en los manuales del servicio técnico del fabricante.	2025	FAVORABLE	
119	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	EMERGENCIA	SERVICIO DE URGENCIAS	MICROSCOPICO ESPECIAL	BIOMEDICO	532279730002	12453279730002	AGUAIR MEDICAL	CELLCHER E	CON-1270	40	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	126,250.00	6,000.00	2	SI	12,000.00	1. Verificación de operatividad del equipo. 2. Desmontaje y limpieza integral del equipo. 3. Mantenimiento y verificación de las tarjetas electrónicas.	2025	FAVORABLE	
120	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MICROSCOPICO QUIRURGICO	BIOMEDICO	532279980038	12453279980038	CARL ZEISS	OPALUMEPATH	163414075	20	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°10-2024	645,150.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE COMPLETO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO PRINCIPAL (OCULARES, TUBO BINOCULAR, CAMBIADOR MANUAL DE AUMENTOS, FILTROS, DIAFRAGMA, OBJETIVO, OTROS), INCLUYE TRATAMIENTO ANTIHONGOS CON LAS SOLUCIONES CORRESPONDIENTES.	2025	FAVORABLE	
121	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MICROSCOPICO QUIRURGICO CON TONOMETRIA OCULAR COMPUTARIZADA INTEGRADA	BIOMEDICO	532279980039	12453279980039	CARL ZEISS	OPALUMEPATH	163414075	20	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°10-2024	1,641,000.00	30,000.00	2	SI	60,000.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE COMPLETO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO PRINCIPAL (OCULARES, TUBO BINOCULAR, CAMBIADOR MANUAL DE AUMENTOS, FILTROS, DIAFRAGMA, OBJETIVO, OTROS), INCLUYE TRATAMIENTO ANTIHONGOS CON LAS SOLUCIONES CORRESPONDIENTES.	2025	FAVORABLE	
122	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	EMERGENCIA	EMERGENCIA	MICROSCOPICO QUIRURGICO	BIOMEDICO	532279980040	12453279980040	CARL ZEISS	OPALUMEPATH	163414075	20	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°10-2024	120,750.00	5,000.00	2	SI	10,000.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE COMPLETO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO PRINCIPAL (OCULARES, TUBO BINOCULAR, CAMBIADOR MANUAL DE AUMENTOS, FILTROS, DIAFRAGMA, OBJETIVO, OTROS), INCLUYE TRATAMIENTO ANTIHONGOS CON LAS SOLUCIONES CORRESPONDIENTES.	2025	FAVORABLE	
123	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	PATOLOGIA QUIRURGICA	RETAURACION DE CARCASA DE PATOLOGIA OCULAR	MICROSCOPICO	BIOMEDICO	532280460003	12453280460003	EURO MEA	8402	154004	50	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	32,390.00	1,500.00	2	SI	3,000.00	7. AFILADO DE CUCHILLA (I). 8. DESMONTAJE DE CARCASA Y COMPONENTES. 9. REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO.	2025	FAVORABLE	
124	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MICROSCOPICO QUIRURGICO	BIOMEDICO	532281970007	12453281970007	CARL ZEISS	OPALUMEPATH	163414075	20	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	33,200.00	700.00	2	SI	1,400.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desmontaje de las partes del equipo. 3. Limpieza integral del equipo.	2025	FAVORABLE	
125	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	REVISION DE PATOLOGIA	REVISION DE PATOLOGIA	MICROSCOPICO QUIRURGICO	BIOMEDICO	532281970008	12453281970008	CARL ZEISS	OPALUMEPATH	163414075	20	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	33,200.00	700.00	2	SI	1,400.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desmontaje de las partes del equipo. 3. Limpieza integral del equipo.	2025	FAVORABLE	
126	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	NO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	01-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MICROSCOPICO QUIRURGICO	BIOMEDICO	532281970009	12453281970009	CARL ZEISS	OPALUMEPATH	163414075	20	5	X	X	X		PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	33,200.00	700.00	2	SI	1,400.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desmontaje de las partes del equipo. 3. Limpieza integral del equipo.	2025	FAVORABLE	



FORMATO 7.1 PMMES 2025-2027

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

ITEM	PLIEGO	UE3	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	UE3-PAT	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	antigüedad SIGA	VU GCF	C1	C2*	C3	C4	C5	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION **	FUENTE: EESS O PROVEEDOR	N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION	VALOR ACTUAL EQUIPO NUEVO	COSTO UNITARIO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO O	FRECUENCIA / AÑO	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PRIORIDAD MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION TECNICA	
127	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MONITOR MULTI PARAMETRO	BIOMEDICO	532281970010	124532281970010	THOMSON	BM1002	207501	8.0	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	33,200.00	700.00	2	SI	1,400.00	1. Verificación del estado operacional del equipo 2. Desmontaje de las partes del equipo 3. Limpieza integral del equipo	2025	FAVORABLE
128	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MONITOR MULTI PARAMETRO	BIOMEDICO	532281970011	124532281970011	THOMSON	BM1002	207504	8.0	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	33,200.00	700.00	2	SI	1,400.00	1. Verificación del estado operacional del equipo 2. Desmontaje de las partes del equipo 3. Limpieza integral del equipo	2025	FAVORABLE
129	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	MONITOR MULTI PARAMETRO	BIOMEDICO	532281970013	124532281970013	THOMSON	BM1002	2082	8.0	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	33,200.00	1,000.00	2	SI	2,000.00	1. Verificación del estado operacional del equipo 2. Desmontaje de las partes del equipo 3. Limpieza integral del equipo	2025	FAVORABLE
130	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MONITOR MULTIPARAMETRO DE 6 PARÁMETROS	BIOMEDICO	532281970015	124532281970015	DRAGER	VISTA 120 S	S25PH0001	3.0	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	30,762.00	350.00	2	SI	700.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo. 2. Verificación y mantenimiento de las tarjetas electrónicas. 3. Verificación y calibración del circuito de control de pantalla 4. Verificación del circuito de censado y procesamiento de señales 5. Mantenimiento del sistema tierra y el aislamiento. 6. Limpieza y desinfección de cable y sensores. 7. Verificación y pruebas de las alarmas correspondientes 8. Pruebas de correcta operatividad y performance. Entrega a satisfacción	2025	FAVORABLE
131	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MONITOR MULTIPARAMETRO DE 6 PARÁMETROS	BIOMEDICO	532281970016	124532281970016	DRAGER	VISTA 120 S	S25PH0002	3.0	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	30,762.00	350.00	2	SI	700.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo. 2. Verificación y mantenimiento de las tarjetas electrónicas. 3. Verificación y calibración del circuito de control de pantalla 4. Verificación del circuito de censado y procesamiento de señales 5. Mantenimiento del sistema tierra y el aislamiento. 6. Limpieza y desinfección de cable y sensores. 7. Verificación y pruebas de las alarmas correspondientes 8. Pruebas de correcta operatividad y performance. Entrega a satisfacción	2025	FAVORABLE
132	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MONITOR MULTIPARAMETRO DE 6 PARÁMETROS	BIOMEDICO	532281970017	124532281970017	DRAGER	VISTA 120 S	S25PH0003	3.0	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	30,762.00	350.00	2	SI	700.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo. 2. Verificación y mantenimiento de las tarjetas electrónicas. 3. Verificación y calibración del circuito de control de pantalla 4. Verificación del circuito de censado y procesamiento de señales 5. Mantenimiento del sistema tierra y el aislamiento. 6. Limpieza y desinfección de cable y sensores. 7. Verificación y pruebas de las alarmas correspondientes 8. Pruebas de correcta operatividad y performance. Entrega a satisfacción	2025	FAVORABLE
133	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MONITOR MULTIPARAMETRO DE 6 PARÁMETROS	BIOMEDICO	532281970018	124532281970018	DRAGER	VISTA 120 S	S25PH0004	3.0	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	30,762.00	350.00	2	SI	700.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo. 2. Verificación y mantenimiento de las tarjetas electrónicas. 3. Verificación y calibración del circuito de control de pantalla 4. Verificación del circuito de censado y procesamiento de señales 5. Mantenimiento del sistema tierra y el aislamiento. 6. Limpieza y desinfección de cable y sensores. 7. Verificación y pruebas de las alarmas correspondientes 8. Pruebas de correcta operatividad y performance. Entrega a satisfacción	2025	FAVORABLE
134	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MONITOR MULTIPARAMETRO DE 6 PARÁMETROS	BIOMEDICO	532281970019	124532281970019	DRAGER	VISTA 120 S	S25PH0005	3.0	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	30,762.00	350.00	2	SI	700.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo. 2. Verificación y mantenimiento de las tarjetas electrónicas. 3. Verificación y calibración del circuito de control de pantalla 4. Verificación del circuito de censado y procesamiento de señales 5. Mantenimiento del sistema tierra y el aislamiento. 6. Limpieza y desinfección de cable y sensores. 7. Verificación y pruebas de las alarmas correspondientes 8. Pruebas de correcta operatividad y performance. Entrega a satisfacción	2025	FAVORABLE
135	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	EMERGENCIA	RETINA Y VITREO	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	BIOMEDICO	532285220119	124532285220119	KEELER	ALL PUPIL II	197192	5.0	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	13,160.00	500.00	2	SI	1,000.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo en todas sus partes 2. Limpieza y mantenimiento del sistema óptico (lentes, espejos, filtros, otros). 3. Alineamiento de eje óptico, mecánico y de iluminación. 4. Limpieza y verificación de voltajes en fuente de poder. 5. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo. Entrega a satisfacción	2025	FAVORABLE
136	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	PATOLOGIA CLINICA	JEFATURA DE LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS	BIOMEDICO	532291500001	124532291500001	MEDITE	PES-99 410	9025900817	5.0	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	11,975.00	1,198.00	2	SI	2,396.00	3. Limpieza integral del equipo	2025	FAVORABLE
137	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CONSULTA EXTERNA	DIRECCION EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	REGLA BIOMETRICA	BIOMEDICO	532291500005	124532291500005	QUANTAL MEDICAL	AXIS II	5343	14.0	7	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°03-2024	45,000.00	2,000.00	2	SI	4,000.00	4. SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE EMPAQUE DE VENTILADORES. 5. VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ALINEAMIENTO DE ELEMENTOS ÓPTICOS. 6. VERIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR (STP), AJUSTE Y CALIBRACIÓN.	2025	FAVORABLE
138	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ECOGRAFIA BIOMETRIA Y TOMOGRAFIA	REGLA BIOMETRICA	BIOMEDICO	532291500006	124532291500006	CARL ZEISS	JOL MASTER 700	1147638	8.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°10-2024	300,000.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	4. SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE EMPAQUE DE VENTILADORES. 5. VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ALINEAMIENTO DE ELEMENTOS ÓPTICOS. 6. VERIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR (STP), AJUSTE Y CALIBRACIÓN.	2025	FAVORABLE
139	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	EMERGENCIA	ECOGRAFIA BIOMETRIA Y TOMOGRAFIA	REGLA BIOMETRICA NO CONTACTO	BIOMEDICO	532291500007	124532291500007	CARL ZEISS	JOL MASTER 700	1220779	4.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°02-2024	230,347.00	15,000.00	2	SI	30,000.00	1. Verificación de operatividad del equipo. 2. Desmontaje y limpieza integral del equipo. 3. Mantenimiento y verificación de las tarjetas electrónicas.	2025	FAVORABLE
140	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	PATOLOGIA CLINICA	JEFATURA DE LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	SECADOR DE LAMINAS	ELECTROMECANICO	532293390002	124532293390002	LEICA	HI-1220	9632	6.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°11-2024	6,800.00	680.00	2	SI	1,360.00	1. Evaluación y limpieza integral del equipo. 2. Verificación y limpieza de componentes internos: tarjetas, sensor de temperatura, conectores, entre otros componentes que conforman la estructura interna del equipo. 3. Verificación del sistema de control de temperatura, ajustes. 4. Prueba de correcto funcionamiento. Entrega a satisfacción del usuario	2025	FAVORABLE
141	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CONSULTA EXTERNA	CORNEA, ENFERMEDADES EXTERNAS Y CIRUGIA REFRACTIVA	SISTEMA DE VISUALIZACION 3D PARA CIRUGIA VITREORRETIMIANA ASISTIDA POR COMPUTADORA	BIOMEDICO	532295930001	124532295930001	ALCON	NGENITY	007-4610311	3.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°01-2024	312,949.00	7,500.00	2	SI	15,000.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo. 2. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 3. Verificación de la alineación de la cámara 4. Verificación y limpieza del sistema óptico de la cámara 5. Verificación de versión de software. Actualización de versión. 6. Verificación de parafocalidad. 7. Ejecución de balance de blancos. 8. Verificación de ganancia, polaridad y velocidad de la cámara 9. Verificación de sistema de grabación. 10. Verificación de accesorios 11. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo en todas sus partes y componentes. Entrega a satisfacción	2025	FAVORABLE
142	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	HQ DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CONSULTA EXTERNA	RETINA Y VITREO	SISTEMA DE VISUALIZACION 3D PARA CIRUGIA VITREORRETIMIANA ASISTIDA POR COMPUTADORA	BIOMEDICO	532295930002	124532295930002	ALCON	NGENITY	007-4610330	3.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL BIOMEDICO	INFORME TECNICO N°01-2024	324,027.00	7,500.00	2	SI	15,000.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo. 2. Mantenimiento integral del Sistema de iluminación, incluye fuente de alimentación. 3. Verificación de la alineación de la cámara 4. Verificación y limpieza del sistema óptico de la cámara 5. Verificación de versión de software. Actualización de versión. 6. Verificación de parafocalidad. 7. Ejecución de balance de blancos. 8. Verificación de ganancia, polaridad y velocidad de la cámara 9. Verificación de sistema de grabación 10. Verificación de accesorios 11. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo en todas sus partes y componentes. Entrega a satisfacción	2025	FAVORABLE



FORMATO 7.1 PMMES 2025-2027

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO																														PRIORIDAD MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION TECNICA		
ITEM	PLIEGO	UE3	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	UE3-PAT	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	antigüedad SIGA	VU GCF	C1	C2	C3	C4	C5	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	FUENTE: EESS O PROVEEDOR	N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION	VALOR ACTUAL EQUIPO NUEVO	COSTO UNITARIO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA / AÑO	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES			
141	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	EMERGENCIA	GLAUCOMA	TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA	BIOMEDICO	53229712008	1245329712008	TOPCON	DRICOT TRITON P1	56690	4.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	262,967.00	15,000.00	2	SI	30,000.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo. 2. Inspección de las tarjetas electrónicas, cables y conectores. 3. Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. 4. Verificación, limpieza y alineamiento de elementos ópticos. 5. Revisión y limpieza de sistema Mecánico y sistema Eléctrico. 6. Verificación de Parámetros, Calibración completa, conforme corresponda. 7. Actualización del software. 8. Mantenimiento integral de la mesa eléctrica. 9. Limpieza y verificación de voltajes en fuentes de poder. 10. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo. Entrega a satisfacción.	2025	FAVORABLE
142	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CONSULTA EXTERNA	GLAUCOMA TOROS GENERALES Y REFRACCION	TONOMETRO DE AIRE	BIOMEDICO	53229764088	1245329764088	HOER	HT 500	131493	11.0	7	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	33,500.00	2,000.00	2	SI	4,000.00	1. VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA GENERAL, INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 3. INSPECCION DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS, CABLES Y CONECTORES	2025	FAVORABLE
143	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CONSULTA EXTERNA	GLAUCOMA TOROS GENERALES Y REFRACCION	TONOMETRO DE AIRE	BIOMEDICO	53229764089	1245329764089	HOER	HT 500	131484	11.0	7	X		X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	33,500.00	2,000.00	2	SI	4,000.00	1. VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA GENERAL, INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 3. INSPECCION DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS, CABLES Y CONECTORES	2025	FAVORABLE
144	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ECOGRAFIA BIOMETRIA Y TOMOGRAFIA	TOMOGRAFIA CORNEAL	BIOMEDICO	532297660004	12453297660004	ZEMER	GA	CM51031	8.0	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°10-2024	125,000.00	17,000.00	2	SI	34,000.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO 2. DESMONTAJE Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO 3. MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CPU	2025	FAVORABLE
147	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	CAMA CLINICA METALICA RODABLE	MOBILIARIO	536415730016	124536415730016	STRYKER	5661	210801E-12	5.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	35,541.00	1,000.00	2	SI	2,000.00	1. Limpieza integral del equipo, mantenimiento de los sistemas mecánico e hidráulico. 2. Incluye: Mantenimiento de bomba hidráulica y cambio de aceite hidráulico. 3. Mantenimiento del sistema de desplazamiento. 4. Pruebas de correcto funcionamiento y entrega a satisfacción del usuario.	2025	FAVORABLE
148	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	CAMA CLINICA METALICA RODABLE	MOBILIARIO	536415730017	124536415730017	STRYKER	5661	210801E-12	5.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	35,541.00	1,000.00	2	SI	2,000.00	1. Limpieza integral del equipo, mantenimiento de los sistemas mecánico e hidráulico. 2. Incluye: Mantenimiento de bomba hidráulica y cambio de aceite hidráulico. 3. Mantenimiento del sistema de desplazamiento. 4. Pruebas de correcto funcionamiento y entrega a satisfacción del usuario.	2025	FAVORABLE
149	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	CAMA CLINICA METALICA RODABLE	MOBILIARIO	536415730019	124536415730019	STRYKER	5661	210801E-12	5.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	35,541.00	1,000.00	2	SI	2,000.00	1. Limpieza integral del equipo, mantenimiento de los sistemas mecánico e hidráulico. 2. Incluye: Mantenimiento de bomba hidráulica y cambio de aceite hidráulico. 3. Mantenimiento del sistema de desplazamiento. 4. Pruebas de correcto funcionamiento y entrega a satisfacción del usuario.	2025	FAVORABLE
150	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	CAMA CLINICA METALICA RODABLE	MOBILIARIO	536415730020	124536415730020	STRYKER	5661	210801E-12	5.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	35,541.00	1,000.00	2	SI	2,000.00	1. Verificación del estado operacional del equipo 2. Desarmado y limpieza integral del equipo 3. Verificación y mantenimiento de la fuente de alimentación	2025	FAVORABLE
151	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	CAMA CLINICA METALICA RODABLE	MOBILIARIO	536415730021	124536415730021	STRYKER	5661	210801E-12	5.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	35,541.00	1,000.00	2	SI	2,000.00	1. Limpieza integral del equipo, mantenimiento de los sistemas mecánico e hidráulico. 2. Incluye: Mantenimiento de bomba hidráulica y cambio de aceite hidráulico. 3. Mantenimiento del sistema de desplazamiento. 4. Pruebas de correcto funcionamiento y entrega a satisfacción del usuario.	2025	FAVORABLE
152	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	CAMA CLINICA METALICA RODABLE	MOBILIARIO	536415730022	124536415730022	STRYKER	5661	210801E-12	5.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	35,541.00	1,000.00	2	SI	2,000.00	1. Verificación del estado operacional del equipo 2. Desarmado y limpieza integral del equipo 3. Verificación y mantenimiento de la fuente de alimentación	2025	FAVORABLE
153	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	CAMA CLINICA METALICA RODABLE	MOBILIARIO	536415730023	124536415730023	STRYKER	5661	210801E-12	5.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	36,023.00	800.00	2	SI	1,600.00	1. Limpieza integral del equipo, mantenimiento de los sistemas mecánico e hidráulico. 2. Incluye: Mantenimiento de bomba hidráulica y cambio de aceite hidráulico. 3. Mantenimiento del sistema de desplazamiento. 4. Pruebas de correcto funcionamiento y entrega a satisfacción del usuario.	2025	FAVORABLE
154	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	CAMA CLINICA METALICA RODABLE	MOBILIARIO	536415730024	124536415730024	STRYKER	5661	210801E-12	5.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	36,023.00	800.00	2	SI	1,600.00	1. Limpieza integral del equipo, mantenimiento de los sistemas mecánico e hidráulico. 2. Incluye: Mantenimiento de bomba hidráulica y cambio de aceite hidráulico. 3. Mantenimiento del sistema de desplazamiento. 4. Pruebas de correcto funcionamiento y entrega a satisfacción del usuario.	2025	FAVORABLE
155	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	CAMA CLINICA METALICA RODABLE	MOBILIARIO	536415730025	124536415730025	STRYKER	5661	210801E-12	5.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	36,023.00	800.00	2	SI	1,600.00	1. Limpieza integral del equipo, mantenimiento de los sistemas mecánico e hidráulico. 2. Incluye: Mantenimiento de bomba hidráulica y cambio de aceite hidráulico. 3. Mantenimiento del sistema de desplazamiento. 4. Pruebas de correcto funcionamiento y entrega a satisfacción del usuario.	2025	FAVORABLE
156	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	PATOLOGIA CLINICA	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA	ANALIZADORA DE HEMOGLOBINA	BIOMEDICO	602206340005	124602206340005	BECKCO	DA-1000S	5421491	8.0	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	5,110.00	500.00	2	SI	1,000.00	1. REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONICO (TARJETA ELECTRONICA, VOLTAJES DE ALIMENTACION, CABLES, TERMINALES, CONECTORES) 2.-VERIFICACION DE LOS MECANISMOS DE AJUSTE DE LA PUERTA FRONTAL DE LA CAMARA DE PESAJE 3.-CALIBRACION DE LA BALANZA ANALITICA CON EMISION DEL RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIBRACION DE ACUERDO A LA NORMA METROLOGICA PERUANA	2025	FAVORABLE
157	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CUIDADO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	CARGACION ELEVADOR	ELECTROMECANICO	672223020005	124672223020005	DEFAIR	VR-100S-AUT	17110015	8.0	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°12-2024	29,890.00	3,500.00	1	SI	3,500.00	- Sujetar las cabinas en la parte superior, para seguridad del área de trabajo en cada cabina - Revisar toda la estructura metálica interna del castillo de ambos montacargas - Inspeccion del cableado y ajuste de bornas de contactores de subida y bajada	2025	FAVORABLE
158	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	SERVICIO DE CUIDADO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	CARGACION ELEVADOR	ELECTROMECANICO	672223020006	124672223020006	DEFAIR	VR-100S-AUT	17135107	8.0	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°12-2024	29,890.00	3,500.00	1	SI	3,500.00	- Sujetar las cabinas en la parte superior, para seguridad del área de trabajo en cada cabina - Revisar toda la estructura metálica interna del castillo de ambos montacargas - Inspeccion del cableado y ajuste de bornas de contactores de subida y bajada	2025	FAVORABLE
159	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	PATOLOGIA CLINICA	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE BAGO MMMA	BIOMEDICO	672243310007	124672243310007	LEICA	HT 1700	11809	11.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	5,800.00	500.00	2	SI	1,000.00	1.DESMONTAJE DE EQUIPO Y COMPONENTES. 2.-REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRONICO 3.-CALIBRACIÓN DEL EQUIPO	2025	FAVORABLE
160	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	OPTICA	BIELASORIA DE LENTES	ELECTROMECANICO	675002420001	124675002420001	ESSIOR	MIN BLUE	818114	5.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	259,214.00	10,000.00	2	SI	20,000.00	1. INSPECCIONES O REVISIONES GLOBALES Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO (SE REALIZA EL TEST GENERAL DE OPERACION). 2. VERIFICACION DE VERSION DE SOFTWARE Y DE ESTAR DISPONIBLE UNA VERSION ACTUAL, REALIZAR LA ACTUALIZACION. 3. APERTURA, INSPECCION, LUBRICACION Y LIMPIEZA INTEGRAL	2025	FAVORABLE
161	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	EMERGENCIA	LABORATORIO DE INVESTIGACION DE LAS REDES	ANALIZADORA	BIOMEDICO	678280500002	124678280500002	TECNOSOL	POWER	WV-1000-1000000	1.0	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	320,000.00	1,500.00	2	SI	3,000.00	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE ACEITE SINTETICO 5W40 TAPON DE CARTER CON EMPAQUE	2025	FAVORABLE
162	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	RIO DR. FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	LABORATORIO	LABORATORIO DE INVESTIGACION DE LAS REDES	ANALIZADORA	BIOMEDICO	532263630013	124532263630013	TECNOSOL	POWER	WV-1000-1000000	1.0	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL DIAGNOSTICO	INFORME TECNICO N°11-2024	81,339.23	10,000.00	2	SI	20,000.00	1. Inspecciones o revisiones globales y específicas del equipo 2. Verificación de secuencia de encendido 3. Verificación de versión de software y de estar disponible una versión actual, realizar la actualización. 4. Apertura, inspección y limpieza integral de consola (de corresponder) 5. Limpieza de cavidades y componentes interno (de corresponder) 6. Limpieza y verificación de voltajes en fuente de poder 7. Asimismo, corresponde el reemplazo de todas las piezas, partes y componentes, con originales de fábrica, y que se requieran para mantener operativos y en buenas condiciones de funcionamiento del equipo, durante la vigencia del presente programa de mantenimiento 8. Inspección de funcionalidad y limpieza de sistema de golpe (de corresponder) 9. Inspección de tarjetas electrónicas, cables y conectores. 10. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos 11. Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento 12. Limpieza y colocación de cubiertas (de corresponder) 13. Inspección, limpieza y verificación de pedal. 14. Otras que demanden el mantenimiento, según programa de mantenimiento preventivo 15. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo 16. Entrega a satisfacción de la institución.	2025	FAVORABLE



FORMATO 7.1 PMMES 2025-2027

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO																																	
ITEM	PLIEGO	UE3	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	UE3-PAT	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	antigüedad SIGA	VU GCF	C1	C2	C3	C4	C5	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION **	FUENTE: EESS O PROVEEDOR	N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION	VALOR ACTUAL EQUIPO NUEVO	COSTO UNITARIO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA / AÑO	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PRIORIDAD MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION TECNICA	
162	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO DE ESTERILIZACION	YAWERONA VAPOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO 2611	ELECTROMECANICO	532272110002	124532272110002	STERIS	AVS500-6-92	3633719004	5.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO 0014/21/24	305,809.20	15,000.00	2	SI	30,000.00	1. Inspecciones o revisiones globales y especificas del equipo 2. Verificación de version de software 3. Apertura, inspección y limpieza integral del tablero de control electrónico 4. Limpieza de válvulas y de tuberías 5. Limpieza y verificación de voltajes en tarjetas electrónicas 6. Asimismo, corresponde el reemplazo de todas las piezas, partes y componentes, con originales de fábrica, y que se requieran para mantener operativos y en buenas condiciones de funcionamiento del equipo, durante la vigencia del presente programa de mantenimiento 7. Mantenimiento de bomba de agua y electrobomba de vacío 8. Inspección de tarjetas electrónicas, cables y conectores 9. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos 10. Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento 11. Mantenimiento de compresora de aire 12. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo 13. Entrega a satisfacción de la Institucion	2025	FAVORABLE
164	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ANGIOFLUORESCENCIOGRAFIA Y FOTOCUJANA - ANGIOGRAFIA	CAMARA RETINAL	BIOMEDICO	532217960005	124532217960005	TOPCON	TRC-500K	9451523	6.0	10	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA DEL HISTORICO	INFORME TECNICO 0015/21/24	77,550.00	10,000.00	2	SI	20,000.00	1. Inspecciones o revisiones globales y especificas del equipo 2. Verificación y limpieza del Joystick 3. Verificación de version de software 4. Apertura, inspección y limpieza integral de tarjetas electrónicas 5. Limpieza y verificación de voltajes en fuente de poder 6. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos 7. Verificación, calibración y regulación de parametros de funcionamiento 8. Verificación de mantenencia 9. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo 10. Entrega a satisfacción de la Institucion	2025	FAVORABLE
165	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	DIAGNOSTICO POR	RAYOS LASER	YAG LASER (EQUIPO LASER	BIOMEDICO	532267620024	124532267620024	QUANTIL MEDICAL	OPTIMUS FUSION	6207011	6.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	56,563.38	10,000.00	2	SI	12,000.00		2025	FAVORABLE
166	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CONSULTA EXTERNA	SERVICIO DE NEUROFISIOLOGIA	ELECTROENCEFALOGRAFIA Y F	BIOMEDICO	532236260001	124532236260001	DIAGNOSYS	ESPION	787	6.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	697,000.00	25,000.00	2	SI	50,000.00	1. VERIFICACION DEL EQUIPO, SUS COMPONENTES Y PERIFERICOS. 2. REVISION Y LIMPIEZA GENERAL, INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SUS COMPONENTES Y PERIFERICOS 3. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES INTERNOS COMO TARJETAS ELECTRONICAS Y DEMAS COMPONENTES 4. VERIFICACION DE LOS RESPECTIVOS SOFTWARES DE LOS 02 MODULOS DEL EQUIPO: REINTEGRACION, ACTUALIZACION DE LOS MISMOS. 5. PRUEBA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SUS TODOS SUS COMPONENTES, ENTREGA DEL SERVICIO A SATISFACCION	2025	FAVORABLE
167	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	EQUIPO DE ANESTESIA CON	BIOMEDICO	532237630009	124532237630009	DRAGER	PERSEUS A 500	AS714-0320	3.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	262,593.00	15,000.00	2	SI	30,000.00	1. Verificación del estado operacional del equipo 2. Desarmado y limpieza y desinfección de todos los módulos que conforman el equipo 3. Verificación, Mantenimiento (i) de la totalidad de módulos. Incluye limpieza de tarjetas electrónicas, cables y conectores 4. Limpieza de partes móviles y verificación de vaporizadores, entre otros que considere necesario el fabricante del equipo 5. Suministro e instalación de repuestos correspondientes al mantenimiento preventivo como son: kit de gases, filtros, camceter, rampas de agua y sensores 6. Pruebas de hermético AP, y ventilador 7. Pruebas de verificación mecánica 8. Incluye el mantenimiento preventivo del correspondiente monitor multiparametros 9. Pruebas de correcta operatividad. Entrega a satisfacción.	2025	FAVORABLE
168	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CONSULTA EXTERNA	CENTRO QUIRURGICO	EQUIPO DE RAYOS LASER	BIOMEDICO	532247140006	124532247140006	ZEMER	CL-HANDPIECE	6.3.3237	6.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	1,633,500.00	60,000.00	2	SI	120,000.00	3. Verificación y guardado de registro de errores.	2025	FAVORABLE
169	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	EMERGENCIA	ECOGRAFIA BIOMETRIA Y TOMOG	ECOGRAFO OCULAR	BIOMEDICO	532250000010	124532250000010	QUANTIL MEDICAL	ABSOLU	0174	4.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	362,437.00	20,000.00	2	SI	40,000.00	1. VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. LIMPIEZA GENERAL, INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 3. INSPECCIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS, CABLES Y CONECTORES.	2025	FAVORABLE
170	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	EQUIPO ENDOLASER	BIOMEDICO	532251420003	124532251420003	ALCON	PUREPOINT LASER	1102024031X	12.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	184,672.00	15,000.00	2	SI	30,000.00	3. LIMPIEZA DE CAVIDADES Y COMPONENTES INTERNO. 4. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FUENTE DE PODER 5. INSPECCIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, CABLES Y CONECTORES.	2025	FAVORABLE
171	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	EMERGENCIA	CAMPIMETRIA	PERIMETRO COMPUTARIZAD	BIOMEDICO	532259280006	124532259280006	CARL ZEISS	HFA 860	850-19066	5.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	194,500.00	10,000.00	2	SI	20,000.00	6. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE VOLTAJES EN FUENTES DE PODER. 7. LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y DE ILUMINACIÓN. 8. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA DE MENTONERA DE PACIENTE.	2025	FAVORABLE
172	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	EMERGENCIA	CAMPIMETRIA	PERIMETRO COMPUTARIZAD	BIOMEDICO	532259280007	124532259280007	CARL ZEISS	HFA 890	860-19036	5.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	194,500.00	10,000.00	2	SI	20,000.00	6. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE VOLTAJES EN FUENTES DE PODER. 7. LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y DE ILUMINACIÓN. 8. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA DE MENTONERA DE PACIENTE.	2025	FAVORABLE
173	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CONSULTA EXTERNA	CAMPIMETRIA	PERIMETRO COMPUTARIZAD	BIOMEDICO	532259280008	124532259280008	HAAG STREIT	OCTOPUS 900 PRO	06667	2.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	149,700.00	9,000.00	2	SI	18,000.00	6. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE VOLTAJES EN FUENTES DE PODER. 7. LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y DE ILUMINACIÓN. 8. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA DE MENTONERA DE PACIENTE.	2025	FAVORABLE
174	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CONSULTA EXTERNA	CAMPIMETRIA	PERIMETRO COMPUTARIZAD	BIOMEDICO	532259280009	124532259280009	HAAG STREIT	OCTOPUS 900 PRO	06666	2.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	149,700.00	9,000.00	2	SI	18,000.00	6. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE VOLTAJES EN FUENTES DE PODER. 7. LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y DE ILUMINACIÓN. 8. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA DE MENTONERA DE PACIENTE.	2025	FAVORABLE
175	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	EQUIPO VITREOFAGO	BIOMEDICO	532259400008	124532259400008	ALCON	CONSTELLATION L	1911454031X	5.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	525,000.00	40,000.00	2	SI	80,000.00	1. INSPECCIONES O REVISIONES GLOBALES Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO. 2. VERIFICACION DE SECUENCIA DE ENCENDIDO. 3. VERIFICACION DE VERSION DE SOFTWARE Y DE ESTAR DISPONIBLE UNA NUEVA VERSION, REALIZAR LA ACTUALIZACION.	2025	FAVORABLE
176	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	CONSULTA EXTERNA	RAYOS LASER	FOTOCOAGULADOR LASER	BIOMEDICO	532264880005	124532264880005	QUANTIL MEDICAL	SUPRA	474	6.0	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	348,850.00	15,000.00	2	SI	30,000.00	1. Verificación de operatividad del equipo. 2. Limpieza general, interna y externa del equipo. 3. Inspección de las tarjetas electrónicas, cables y conectores. 4. Verificación, limpieza y alineamiento de elementos ópticos. 5. Verificación de la energía máxima entregada por la cavidad. 6. Calibración de sensores de energía. 7. Configuración de la eficiencia de la fibra óptica. 8. Configuración de tablas de voltaje. 9. Mantenimiento de pedal, incluye limpieza externa y la verificación del mismo. 10. Mantenimiento integral de la mesa eléctrica. 11. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo con verificación del usuario. Entrega a satisfacción.	2025	FAVORABLE
177	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	DIAGNOSTICO POR	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	INCUBADORA DE LABORATO	BIOMEDICO	532269040002	124532269040002	MEMMERT	IN-35	021710067	6.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	9,148.00	1,000.00	2	SI	4,500.00	1. Evaluación y limpieza integral del equipo. 2. Verificación y limpieza de componentes internos: tarjetas, sensor de temperatura, conectores, entre otros componentes que conforman la estructura interna del equipo. 3. Verificación del sistema de control de temperatura, ajustes. 4. Prueba de correcto funcionamiento. Entrega a satisfacción del usuario.	2025	FAVORABLE
178	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	PATOLOGIA CLINICA	JEFATURA DE LABORATORIO DE PA	INCUBADORA DE LABORATO	BIOMEDICO	532269040004	124532269040004	INCUCELL	IC-111	11810173	6.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	13,750.00	1,000.00	2	SI	4,500.00	1. LIMPIEZA DE CAMARA Y SUPERFICIE METALICA 2.-REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO 3.-REVISION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION	2025	FAVORABLE
179	011 MINISTERIO DE SALUD	124	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	6217	ING DR FRANCISCO CONTRERAS C	III-2	DIAGNOSTICO POR	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	INCUBADORA DE LABORATO	BIOMEDICO	532269040005	124532269040005	MEMMERT	IN-75	0319.0067	4.0	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	11,421.00	1,142.00	2	SI	4,500.00	5. REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO. 6. REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRONICO 7. MONTAJE DEL EQUIPO	2025	FAVORABLE



FORMATO 7.1 PMMES 2025-2027

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO																																
ITEM	PLIEGO	UE3	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	UE3-PAT	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	antigüedad SIGA	VU GCF	C1	C2*	C3	C4	C5	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION**	FUENTE EESS O PROVEEDOR	N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION	VALOR ACTUAL EQUIPO NUEVO	COSTO UNITARIO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO O	FRECUENCIA / AÑO	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PRIORIDAD MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION TECNICA
180	011 MINISTERIO DE SALUD	131	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	MD DR FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MACROSCOPIO QUIRURGICO BIOMEDICO		532279980036	124532779980036	CARL ZEISS	OPMI LUMERA I	963312538	50	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	645,150.00	20,000.00	2	S/ 40,000.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE COMPLETO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO PRINCIPAL (OCULARES, TUBO BINOCULAR, CAMBIADOR MANUAL DE AUMENTOS, FILTROS, DIAFRAGMA, OBJETIVO, OTROS). INCLUYE TRATAMIENTO ANTHONGOS CON LAS SOLUCIONES CORRESPONDIENTES.	2025	FAVORABLE
181	011 MINISTERIO DE SALUD	131	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	MD DR FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	MACROSCOPIO QUIRURGICO BIOMEDICO		532279980037	124532779980037	CARL ZEISS	OPMI LUMERA I	963312542	50	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	645,150.00	20,000.00	2	S/ 40,000.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE COMPLETO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO PRINCIPAL (OCULARES, TUBO BINOCULAR, CAMBIADOR MANUAL DE AUMENTOS, FILTROS, DIAFRAGMA, OBJETIVO, OTROS). INCLUYE TRATAMIENTO ANTHONGOS CON LAS SOLUCIONES CORRESPONDIENTES.	2025	FAVORABLE
182	011 MINISTERIO DE SALUD	131	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	MD DR FRANCISCO CONTRERAS C.	II-7	EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	MONITOR MULTIPARAMETRO MODULAR		532281970012	124532791970012	BRONKHOLDEN	ISM 362	2055	10	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	33,200.00	1,000.00	2	S/ 6,500.00	1. Verificación del estado operacional del equipo. 2. Desmontaje de las partes del equipo 3. Limpieza integral del equipo.	2025	FAVORABLE
183	011 MINISTERIO DE SALUD	131	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	MD DR FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	EMERGENCIA	RETINA Y VITREO	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO BIOMEDICO		532285220120	12453285220120	KELLER	ALL PORT II	15710	50	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	13,160.00	500.00	2	S/ 1,000.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo en todas sus partes. 2. Limpieza y mantenimiento del sistema optico (lentes, espejos, filtros, otros). 3. Alineamiento de eje optico, mecanico y de iluminación. 4. Limpieza y verificación de voltajes en fuente de poder. 5. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo. Entrega a satisfacción.	2025	FAVORABLE
184	011 MINISTERIO DE SALUD	131	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	MD DR FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	EMERGENCIA	RETINA Y VITREO	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO BIOMEDICO		532285220121	12453285220121	KELLER	ALL PORT II	15726	50	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	13,160.00	500.00	2	S/ 1,000.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo en todas sus partes. 2. Limpieza y mantenimiento del sistema optico (lentes, espejos, filtros, otros). 3. Alineamiento de eje optico, mecanico y de iluminación. 4. Limpieza y verificación de voltajes en fuente de poder. 5. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo. Entrega a satisfacción.	2025	FAVORABLE
185	011 MINISTERIO DE SALUD	131	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	MD DR FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	EMERGENCIA	RETINA Y VITREO	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO BIOMEDICO		532285220122	12453285220122	KELLER	ALL PORT II	15714	50	5	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	13,160.00	500.00	2	S/ 1,000.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo en todas sus partes. 2. Limpieza y mantenimiento del sistema optico (lentes, espejos, filtros, otros). 3. Alineamiento de eje optico, mecanico y de iluminación. 4. Limpieza y verificación de voltajes en fuente de poder. 5. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo. Entrega a satisfacción.	2025	FAVORABLE
186	011 MINISTERIO DE SALUD	131	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	MD DR FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR	ECOGRAFIA EN B-SCAN Y TOMOGRAFIA DE COHERENCIA BIOMEDICO		532297120005	12453297120005	CARL ZEISS	ORRUS 5000	50007000	30	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	553,060.00	5,000.00	2	S/ 10,000.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo. 2. Inspección de las tarjetas electrónicas, cables y conectores. 3. Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. 4. Verificación, limpieza y alineamiento de elementos ópticos. 5. Revisión y limpieza de sistema Mecánico y sistema Eléctrico. 6. Verificación de Parámetros, Calibración completa, conforme corresponda. 7. Actualización del software. 8. Mantenimiento integral de la mesa eléctrica. 9. Limpieza y verificación de voltajes en fuentes de poder. 10. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo. Entrega a satisfacción.	2025	FAVORABLE	
187	011 MINISTERIO DE SALUD	131	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	MD DR FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR	ECOGRAFIA EN B-SCAN Y TOMOGRAFIA DE COHERENCIA BIOMEDICO		532297120006	12453297120006	CARL ZEISS	ORRUS 5000	50007000	30	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	951,417.00	15,000.00	2	S/ 45,000.00	1. Verificación y limpieza integral del equipo. 2. Inspección de las tarjetas electrónicas, cables y conectores. 3. Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas. 4. Verificación, limpieza y alineamiento de elementos ópticos. 5. Revisión y limpieza de sistema Mecánico y sistema Eléctrico. 6. Verificación de Parámetros, Calibración completa, conforme corresponda. 7. Actualización del software. 8. Mantenimiento integral de la mesa eléctrica. 9. Limpieza y verificación de voltajes en fuentes de poder. 10. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo. Entrega a satisfacción.	2025	FAVORABLE	
188	011 MINISTERIO DE SALUD	131	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	MD DR FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR	ECOGRAFIA EN B-SCAN Y TOMOGRAFIA DE COHERENCIA BIOMEDICO		532297660005	12453297660005	CARL ZEISS	ORRUS 5000	50007000	30	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	565,582.00	20,000.00	2	S/ 40,000.00	1. VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO 2. DESMONTAJE Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO 3. MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPO	2025	FAVORABLE	
189	011 MINISTERIO DE SALUD	131	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	MD DR FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR	ECOGRAFIA EN B-SCAN Y TOMOGRAFIA DE COHERENCIA BIOMEDICO		532250000011	12453250000011	CARL ZEISS	ORRUS 5000	50007000	30	7	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	387,624.95	5,000.00	2	S/ 15,000.00	1. Inspección visual del equipo. 2. Desmontaje y Limpieza de CPU 3. Limpieza y verificación de voltajes en tarjetas electrónicas 4. Verificación física de sondas de trabajo 5. Inspección de tarjetas electrónicas, cables y conectores 6. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos 7. Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento 8. Pruebas de funcionamiento con cada sonda o transductor y total operatividad del equipo 9. Entrega a satisfacción de la Institución.	2025	FAVORABLE	
190	011 MINISTERIO DE SALUD	131	008-124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	0217	MD DR FRANCISCO CONTRERAS C.	II-2	DIAGNOSTICO POR	ECOGRAFIA EN B-SCAN Y TOMOGRAFIA DE COHERENCIA BIOMEDICO		532247300001	12453247300001	ECOMAN	SMB-15-2	152-186227	50	8	X	X	X			PREVENTIVO	AREA DE TECNICA	INFORME TECNICO	137,055.42	15,000.00	2	S/ 30,000.00	1. Inspecciones o revisiones globales y específicas del equipo. 2. Verificación de secuencia de encendido 3. Verificación de estación de control 4. Verificación de estalivos vertical y horizontal 5. Mantenimiento de mesa basculante 6. Mantenimiento de flat panel 7. Verificación de generador y tubo de rayos x 8. Inspección de funcionalidad y verificación de los niveles de radiación 9. Inspección de tarjetas electrónicas, cables y conectores 10. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos 11. Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento 12. Limpieza y colocación de cubiertas (de corresponder) 13. Verificación y limpieza de impresora de placas radiográficas 14. Pruebas de funcionamiento y total operatividad del equipo 15. Entrega a satisfacción de la Institución.	2025	FAVORABLE	

S/ 2,379,217.40

