

## Resolución Directoral

Lima, ..... 16 de ..... Julio ..... del 2025

### VISTOS:

El Memorando Nº 549-2025-DG/INO, Nota Informativa Nº 153-2025-OEA/INO, Nota Informativa Nº 689-2025-OSG-OEA/INO, Informe Nº 021-2025-CZC-OSG-OEA/INO, Informe Nº 138-2025-OAJ/INO, y;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por el Decreto Supremo Nº 011-2017-SA, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, estableciendo al Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos", como un Órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Operaciones en Salud;

Que, el Artículo 37º de la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, señala que "Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional en relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos;

Que, por Resolución Ministerial Nº 533-2016/MINSA, se aprobó el Documento Técnico "Lineamientos para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud", de aplicación en los establecimientos de salud a nivel nacional como documentos de gestión, establecen los objetivos, metas, necesidades, recursos y acciones a ser programadas para la adecuada conservación y funcionamiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, lo cual contribuirá a la mejora de la calidad de prestación de los servicios de salud;

Que, el artículo 212º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señala lo siguiente: "Rectificación de errores. 212.1. Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 212.2. La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original. (Texto según el artículo 201 de la Ley N 27444);

Que, por Resolución Directoral Nº 080-2024-INO-D de fecha 29 de mayo de 2024, se aprobó el Plan Multianual de Mantenimiento del Equipamiento de Establecimiento de Salud (PMMES) 2025-2027, del Instituto Nacional de Oftalmología - INO "Dr. Francisco Contreras Campos",

Que, en el artículo 1º de la Resolución Directoral Nº 122-2025-INO-D de fecha 30 de junio de 2025, se aprobó el Plan Multianual de Mantenimiento de Equipamiento de Salud 2025-2027, contenido en el Formato Nº 7.1 (Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento); y en el artículo 2º de la misma Resolución, se aprobó el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura 2025-2027, contenido en el Formato Nº 7.2 (Identificación y Evaluación de Mantenimiento de la Infraestructura) del Instituto Nacional de Oftalmología - INO "Dr. Francisco Contreras Campos";



Que, mediante Oficio N° D001083-2025-DGOS-MINSA, la Dirección General de Operaciones en Salud, remite la Nota Informativa N° D002039-2025-DGOS-DIEM-MINSA de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento y el Informe N° D000049-2025-DGOS-DIEM-AAQ-MINSA, con la opinión técnica de levantamiento de observaciones para el mantenimiento de 45 equipos biomédicos del Formato N° 7.1 (Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento), para que sea incorporado en el Plan de Mantenimiento del 2025-2027 en el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”;

Que, en este contexto, mediante Nota Informativa N° 689-2025-OSG-OEA/INO de fecha 8 de julio de 2025, la Oficina de Servicios Generales informa a la Oficina Ejecutiva de Administración, que con Resolución Directoral N° 080-2024-INO-D de fecha 29 de mayo de 2024, se aprobó el Plan Multianual de Mantenimiento del Equipamiento de Establecimiento de Salud (PMMES) 2025-2027 del Instituto Nacional de Oftalmología - INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, y por error se solicitó nuevamente la aprobación del mencionado Plan Multianual de Mantenimiento con Resolución Directoral N° 122-2025-INO-D, debiendo decir “actualización del Plan Multianual de Mantenimiento”;



Que, mediante Nota Informativa N° 153-2025-OEA/INO de fecha 9 de julio de 2025 la Oficina Ejecutiva de Administración, en merito a la Nota Informativa N° 689-2025-OSG-OEA/INO, solicita modificar la Resolución Directoral N° 122-2025-INO-D y aprobar la inclusión del Formato N° 7.1 (Formato de Evaluación Identificación y Evaluación de Equipamiento), en el Plan Multianual de Mantenimiento 2025-2027;



Que, mediante Memorando N° 549-2025-DG//INO de fecha 10 de julio de 2025, la Dirección General, dispone la emisión del acto Administrativo correspondiente;

Que, con Informe N° 138-2025-OAJ/INO, la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable relacionado a la rectificación del artículo 1° y artículo 2° de la Resolución Directoral N° 122-2025-INO-D e inclusión de equipos del Formato N° 7.1 (Formato de Evaluación Identificación y Evaluación de Equipamiento), dentro del Plan Multianual de Mantenimiento 2025-2027 en el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”;



Con la visación de la Oficina Ejecutiva de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica,

De conformidad con las facultades conferidas en el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Oftalmología, aprobado por Resolución Ministerial N° 447-2009/MINSA y modificado por Resolución Ministerial N° 660-2010/MINSA.

#### **SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- RECTIFICAR** el artículo 1° y el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 122-2025-INO-D, de fecha 30 de junio de 2025, en los términos siguientes:

#### **Dice:**

**"Artículo 1°.- APROBAR** el Plan Multianual de Mantenimiento de Equipamiento de Establecimiento de Salud (PMMES) 2025-2027, del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, contenido en el Formato N° 7.1 (Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento) de ciento noventa (190) actividades de mantenimiento y equipamiento, que se encuentran detallados en cinco (5) folios debidamente visados, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2°.- APROBAR** el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura 2025-2027, del Instituto Nacional de Oftalmología - INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, contenido en el Formato N° 7.2 (Identificación y Evaluación de Mantenimiento de la Infraestructura) del cual consta de dos (2) folios, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución.

## Resolución Directoral

Lima, ..... 16 ..... de ..... Julio ..... del 2025

### Debe decir:

**Artículo 1º.- ACTUALIZAR** el Plan Multianual de Mantenimiento de Equipamiento de Establecimiento de Salud (PMMES) 2025-2027, del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, contenido en el Formato N° 7.1 (Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento) de ciento noventa (190) actividades de mantenimiento y equipamiento, que se encuentran detallados en cinco (5) folios debidamente visados, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2º.- ACTUALIZAR** el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura 2025-2027, del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, contenido en el Formato N° 7.2 (Formato de Identificación y Evaluación de Infraestructura) de veinte (20) actividades para el mantenimiento de infraestructura, que se encuentran detallados en dos (2) folios debidamente visados, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución”.

**Artículo 2º.- INCLUIR** en el Plan Multianual de Mantenimiento de Equipamiento de Establecimiento de Salud (PMMES) 2025-2027, a cuarenta y cinco (45) equipos biomédicos del Formato N° 7.1 (Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento), aprobado mediante Resolución Directoral N° 080-2024-INO-D de fecha 29 de mayo de 2024.

**Artículo 3º.- DEJAR** subsistente otros extremos de la Resolución Directoral N° 122-2025-INO-D, de fecha 30 de junio de 2025.

**Artículo 4º.- DISPONER** que el área de Trámite Documentario proceda a notificar la presente Resolución Directoral a los órganos o unidades orgánicas competentes, para conocimiento y cumplimiento.

**Artículo 5º.- AUTORIZAR** al responsable del Portal de Transparencia Estándar la publicación de la presente Resolución en el Portal Web del Instituto Nacional de Oftalmología “Dr. Francisco Contreras Campos”

**Regístrese, comuníquese y publíquese.**

PERU Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA  
*Felix A. Torres Cotrina*  
M.O. FELIX ANTONIO TORRES COTRINA  
Director de Instituto Especializado  
CMP. 38356 RNE. 17309

FATC/TBRA/LECD/sqv.

### Distribución:

- ( ) Dirección General
- ( ) OEA
- ( ) OAJ
- ( ) SG
- ( ) OEI
- ( ) Archivo



# FORMATO 7.1 PMMES 2025-2027

## CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

| UPSS                     | AMBIENTE                                   | DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO             | CODIGO PATRIMONIAL | MARCA        | MODELO           | SERIE / PLACA DE RODAJE | antigüedad SIGA | VU GCF | OPINIÓN TÉCNICA                                                                | SUBSANADO |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CENTRO QUIRURGICO        | SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZ | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUS | 112240100002       | LENNOX       | TSA060S4N44Y     | 7006B32370              | 8.0             | 7      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZ | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUS | 112240100003       | LENNOX       | TSA060S4N44Y     | 7116052080              | 8.0             | 7      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZ | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUS | 112240100004       | LENNOX       | TSA060S4N44Y     | 7116052117              | 8.0             | 7      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZ | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUS | 112240100005       | LENNOX       | TSA060S4N44Y     | 7116052097              | 8.0             | 7      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZ | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUS | 112240100006       | LENNOX       | TSA060S4N44Y     | 7116052115              | 8.0             | 7      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZ | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUS | 112240100007       | LENNOX       | TSA060S4N44Y     | 7116052100              | 8.0             | 7      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZ | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUS | 112240100008       | LENNOX       | TSA060S4N44Y     | 7116052120              | 8.0             | 7      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| DIAGNOSTICO POR IMAGENES | HEMATOLOGIA                                | CENTRIFUGA PARA TUBOS                     | 532220490001       | ELECTROMAG   | M2815P           | 18011703                | 6.0             | 5      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| DIAGNOSTICO POR IMAGENES | HEMATOLOGIA                                | CENTRIFUGA PARA TUBOS                     | 532220490002       | ELECTROMAG   | M2815P           | 18011704                | 6.0             | 5      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| DIAGNOSTICO POR IMAGENES | HEMATOLOGIA                                | CENTRIFUGA PARA TUBOS                     | 532220490003       | ELECTROMAG   | M2815P           | 18011705                | 6.0             | 5      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| EMERGENCIA               | CENTRO QUIRURGICO                          | VITREOFAGO                                | 532259400009       | ALCON        | CONSTELLATION LX | 1901464601X             | 5.0             | 7      | NÚMERO DE SERIE NO COINCIDE CON EL SIGA                                        |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | ESTERILIZADOR                             | 532260470005       | MATACHANA    | 1008-E2          | E-27212                 | 12.0            | 7      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | ESTERILIZADOR                             | 532260470006       | STERRAD      | 100 S            | 101104605               | 14.0            | 7      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| DIAGNOSTICO POR IMAGENES | LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR        | ESTERILIZADOR                             | 532260470010       | MEMMERT      | SN75             | B3170124                | 6.0             | 7      | MODELO NO COINCIDE CON EL SIGA                                                 |           |
| CONSULTA EXTERNA         | CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION        | FOROPTERO                                 | 532264730006       | TOPCON       | IS-5000          | 2664049                 | 2.0             | 7      | EQUIPO NO FIGURA EN EL SIGA                                                    |           |
| CONSULTA EXTERNA         | CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION        | FOROPTERO                                 | 532264730007       | TOPCON       | IS-5000          | 2664050                 | 2.0             | 7      | EQUIPO NO FIGURA EN EL SIGA                                                    |           |
| CONSULTA EXTERNA         | CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION        | FOROPTERO                                 | 532264730008       | TOPCON       | IS-5000          | 2664057                 | 2.0             | 7      | EQUIPO NO FIGURA EN EL SIGA                                                    |           |
| CONSULTA EXTERNA         | CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION        | FOROPTERO                                 | 532264730009       | TOPCON       | IS-5000          | 2664063                 | 2.0             | 7      | EQUIPO NO FIGURA EN EL SIGA                                                    |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | LAMPARA CIALITICA                         | 532270940014       | SURGIRIS     | X2C              | C13.02.0555             | 11.0            | 10     | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | LAMPARA CIALITICA                         | 532270940015       | SURGIRIS     | X2C              | C13.02.0546             | 11.0            | 10     | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | LAMPARA CIALITICA                         | 532270940016       | SURGIRIS     | X2C              | C13.02.0557             | 11.0            | 10     | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | LAMPARA CIALITICA                         | 532270940017       | SURGIRIS     | X2C              | C13.02.0547             | 11.0            | 10     | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | LAMPARA CIALITICA                         | 532270940018       | SURGIRIS     | X2C              | C13.02.0549             | 11.0            | 10     | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | LAMPARA CIALITICA                         | 532270940019       | SURGIRIS     | X2C              | C13.02.0556             | 11.0            | 10     | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | LAMPARA CIALITICA                         | 532270940020       | SURGIRIS     | X2C              | C13.02.0558             | 11.0            | 10     | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | LAMPARA CIALITICA                         | 532270940021       | SURGIRIS     | X2C              | C13.02.0548             | 11.0            | 10     | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CONSULTA EXTERNA         | CORNEA, ENFERMEDADES EXTERNAS Y CIRUGIA    | LAMPARA DE HENDIDURA CON CAMARA DE VIDE   | 532271170129       | TOPCON       | SL-D701          | Z170262                 | 6.0             | 5      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CONSULTA EXTERNA         | CORNEA, ENFERMEDADES EXTERNAS Y CIRUGIA    | LAMPARA DE HENDIDURA CON CAMARA DE VIDE   | 532271170130       | TOPCON       | SL-D701          | Z150398                 | 6.0             | 5      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CONSULTA EXTERNA         | CONSULTORIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN U | LAMPARA DE HENDIDURA CON CAMARA DE VIDE   | 532271170131       | TOPCON       | DC4 / SL-D701    | Z170064                 | 6.0             | 5      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CONSULTA EXTERNA         | CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION        | LAMPARA DE HENDIDURA CON CAMARA DE VIDE   | 532271170132       | TOPCON       | SL-D701          | Z170098                 | 6.0             | 5      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CONSULTA EXTERNA         | CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCION        | LAMPARA DE HENDIDURA DE ULTIMA GENERACI   | 532271170156       | HAAG STREIT  | BQ 900 LED       | 09971                   | 2.0             | 5      | EQUIPO NO FIGURA EN EL SIGA                                                    |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | CAMA CLINICA METALICA RODABLE             | 536415730018       | STRYKER      | 5051             | 2.01801E+12             | 5.0             | 8      | NÚMERO DE SERIE NO COINCIDE CON EL SIGA                                        |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | SILLON DE USO MEDICO (OTROS)              | 536496950036       | STRYKER      | 5051             | 1212031449              | 11.0            | 7      | NÚMERO DE SERIE NO COINCIDE CON EL SIGA. SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL.           |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | SILLON DE USO MEDICO (OTROS)              | 536496950037       | STRYKER      | 5051             | 1212031445              | 11.0            | 7      | NÚMERO DE SERIE NO COINCIDE CON EL SIGA. SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL.           |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | SILLON DE USO MEDICO (OTROS)              | 536496950038       | STRYKER      | 5051             | 1212031451              | 11.0            | 7      | NÚMERO DE SERIE NO COINCIDE CON EL SIGA. SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL.           |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | SILLON DE USO MEDICO (OTROS)              | 536496950040       | STRYKER      | 5051             | 1212031446              | 11.0            | 7      | MARCA DESACTUALIZADA SEGÚN SIGA. NÚMERO DE SERIE NO COINCIDE CON EL SIGA. SUPE |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | SILLON DE USO MEDICO (OTROS)              | 536496950041       | STRYKER      | 5051             | 1212031447              | 11.0            | 7      | NÚMERO DE SERIE NO COINCIDE CON EL SIGA. SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL.           |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | SILLON DE USO MEDICO (OTROS)              | 536496950042       | STRYKER      | 5051             | 1212031450              | 11.0            | 7      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL                                                     |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | SILLON DE USO MEDICO (OTROS)              | 536496950043       | STRYKER      | 5051             | 1212031448              | 11.0            | 7      | NÚMERO DE SERIE NO COINCIDE CON EL SIGA. SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL.           |           |
| DIAGNOSTICO POR IMAGENES | LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR        | BALANZA ANALITICA                         | 602206340006       | 3S CIENTIFIC | HZ /             | 223-323                 | 4.0             | 5      | MODELO Y SERIE NO COINCIDEN CON EL SIGA                                        |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | MAQUINA SELLADORA DE MATERIAL PLASTICO    | 675070900006       | HAWO         | HM880-DC-V       | 494398                  | 7.0             | 5      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL. MARCA, MODELO Y SERIE NO COINCIDEN CON EL SIGA.    |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRO QUIRURGICO                          | MAQUINA SELLADORA DE MATERIAL PLASTICO    | 675070900007       | HAWO         | HM800-AS-V       | 495719                  | 7.0             | 5      | SUPERÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL. MARCA, MODELO Y SERIE NO COINCIDEN CON EL SIGA.    |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRAL DE ESTERILIZACION                  | ESTERILIZADOR                             | 532260470012       | STERIS       | EVOLUTION HC 800 | 032991812               | 5.0             | 7      | MODELO NO COINCIDE CON EL SIGA                                                 |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRAL DE ESTERILIZACION                  | LAVADOR A VAPOR DE INSTRUMENTAL QUIRURG   | 532272110001       | STERIS       | AMSCO-2532       | 3629518022              | 5.0             | 7      | MODELO NO COINCIDE CON EL SIGA                                                 |           |
| CENTRO QUIRURGICO        | CENTRAL DE ESTERILIZACION                  | LAVADOR ULTRASONIDO DE 57 L               | 532272510004       | STERIS       | CAVIWAVE CR215RL | 0611C1156               | 5.0             | 7      | EQUIPO NO FIGURA EN EL SIGA                                                    |           |


**PERÚ** Ministerio de Salud  
**ING. JONNY H. CHOSUQUA PACHECO**  
 REG. CIP N° 83716  
 JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES


**PERÚ** Ministerio de Salud  
**ISRAEL ALARCÓN QUISPE**  
 Ingeniero Electrónico

